

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1

(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz

A1	(14) Bio-Rad	>>>	1	Negativní	1,4 %	
			1	Pozitivní	1,4 %	
	(87) Euroimmun	>>>	36	Negativní	49 %	
			2	Pozitivní	2,7 %	
		(103) Immunoconcepts	>>>	2	Negativní	2,7 %
		(115) BioSystems	>>>	5	Negativní	6,8 %
		(135) OrgenTec	>>>	1	Negativní	1,4 %
		(140) Test-Line	>>>	1	Negativní	1,4 %
		(142) Immco Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,4 %
		(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	9	Negativní	12 %
		(164) DiaSorin	>>>	1	Negativní	1,4 %
		(211) INOVA Diagnostics	>>>	13	Negativní	18 %
	Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 96 %			
B1	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	2,7 %	
		(87) Euroimmun	>>>	38	Pozitivní	52 %
	(103) Immunoconcepts	>>>	2	Pozitivní	2,7 %	
	(115) BioSystems	>>>	5	Pozitivní	6,8 %	
	(135) OrgenTec	>>>	1	Pozitivní	1,4 %	
	(140) Test-Line	>>>	1	Pozitivní	1,4 %	
	(142) Immco Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,4 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	9	Pozitivní	12 %	
	(164) DiaSorin	>>>	1	Pozitivní	1,4 %	
	(211) INOVA Diagnostics		1	Negativní	1,4 %	
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,4 %	
		>>>	11	Pozitivní	15 %	
Celkem za vzorek: n = 73		Úspěšnost: 97 %				
Celková úspěšnost: 93 %						

(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.

A1	(14) Bio-Rad	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
		(87) Euroimmun	±	24	titr 0 (neměřitelný)
		±	9	titr 40	14 %
		±	1	titr 80	1,6 %
		±	1	titr 160	1,6 %
	(103) Immunoconcepts	±	1	titr 40	1,6 %
		±	1	titr 80	1,6 %
	(115) BioSystems	±	2	titr 0 (neměřitelný)	3,1 %
		±	1	titr 40	1,6 %
		±	1	titr 80	1,6 %
	(140) Test-Line	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	3	titr 0 (neměřitelný)	4,7 %
±		2	titr 40	3,1 %	
	±	1	titr 80	1,6 %	
(164) DiaSorin	±	1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %	
(211) INOVA Diagnostics	±	7	titr 0 (neměřitelný)	11 %	
	±	6	titr 40	9,4 %	
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit			
B1	(14) Bio-Rad	±	1	titr 320	1,6 %
		(87) Euroimmun	±	1	Neuvedeno
		±	1	titr 320	1,6 %
		±	11	titr 640	17 %
		±	18	titr 1280	28 %
		±	4	titr 2560	6,3 %
	(103) Immunoconcepts	±	1	titr 640	1,6 %
		±	1	titr 2560	1,6 %
	(115) BioSystems	±	1	titr 80	1,6 %
		±	2	titr 1280	3,1 %
		±	1	titr 2560	1,6 %
	(140) Test-Line	±	1	titr 640	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	±	1	titr 640	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	1	titr 640	1,6 %
		±	3	titr 1280	4,7 %
		±	2	titr 2560	3,1 %
	(164) DiaSorin	±	1	titr 320	1,6 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B1	(211) INOVA Diagnostics	± 1	titr 40	1,6 %
		± 3	titr 80	4,7 %
		± 4	titr 320	6,3 %
		± 3	titr 640	4,7 %
		± 2	titr 1280	3,1 %
Celkem za vzorek: n = 64		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(561) ANA - typ fluorescence jádra

A1	(0) výrobce neuveden	>>> 65	Žádná fluorescence	98 %
		1	Neznámý typ fluorescence	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 98 %		
B1	(0) výrobce neuveden	1	Žádná fluorescence	1,5 %
		1	Jemně zrnitý; Homogenní jádérko	1,5 %
		1	Jemně zrnitý; Chuchvalcovité jádérko	1,5 %
		>>> 41	Homogenní jádérko	62 %
		> 19	Chuchvalcovité jádérko	29 %
		1	Chuchvalcovité jádérko; Tečkované (zrnité) jádérko	1,5 %
		2	Tečkované (zrnité) jádérko	3,0 %
Celkem za vzorek: n = 66		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz

A1	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(87) Euroimmun	1	Negativní	1,5 %
		>>> 34	Pozitivní	52 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 2	Pozitivní	3,1 %
	(115) BioSystems	>>> 5	Pozitivní	7,7 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Pozitivní	9,2 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Pozitivní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	1	Negativní	1,5 %
		>>> 12	Pozitivní	18 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 97 %		
B1	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(87) Euroimmun	>>> 33	Negativní	51 %
		2	Pozitivní	3,1 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 2	Negativní	3,1 %
	(115) BioSystems	>>> 5	Negativní	7,7 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Negativní	9,2 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Negativní	1,5 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 13	Negativní	20 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 94 %				

(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.

A1	(14) Bio-Rad	± 1	titr 160	1,6 %
	(87) Euroimmun	± 2	Neuvedeno	3,3 %
		± 5	titr 160	8,2 %
		± 10	titr 320	16 %
		± 13	titr 640	21 %
		± 1	titr 1280	1,6 %
	(103) Immunoconcepts	± 2	titr 320	3,3 %
		± 1	titr 640	1,6 %
	(115) BioSystems	± 1	titr 80	1,6 %
		± 1	titr 320	1,6 %
		± 1	titr 640	1,6 %
		± 1	titr 1280	1,6 %
	(140) Test-Line	± 1	titr 320	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 320	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 2	titr 160	3,3 %
		± 3	titr 640	4,9 %
		± 1	titr 1280	1,6 %
	(164) DiaSorin	± 1	titr 320	1,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 1	titr 40	1,6 %
		± 5	titr 160	8,2 %
		± 5	titr 320	8,2 %
		± 2	titr 640	3,3 %
Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B1	(14) Bio-Rad	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(87) Euroimmun	± 21	titr 0 (neměřitelný)	34 %
		± 7	titr 40	11 %
		± 1	titr 80	1,6 %
		± 1	titr 160	1,6 %
		± 1	titr 320	1,6 %
	(103) Immunoconcepts	± 2	titr 40	3,3 %
		± 1	titr 80	1,6 %
	(115) BioSystems	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,3 %
		± 1	titr 40	1,6 %
		± 1	titr 80	1,6 %
	(140) Test-Line	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 3	titr 0 (neměřitelný)	4,9 %
		± 2	titr 40	3,3 %
		± 1	titr 80	1,6 %
	(164) DiaSorin	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 7	titr 0 (neměřitelný)	11 %
		± 6	titr 40	9,8 %
	Celkem za vzorek: n = 61		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	

(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy

A1	(0) výrobce neuveden	2	Žádná fluorescence	3,1 %
		1	Hrubě zrnitá cytoplazma (mitochondrie)	1,5 %
		2	Difúzní cytoplazmatický obraz	3,1 %
		>>> 59	Skelet	91 %
		1	Neznámý typ fluorescence	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 91 %		
B1	(0) výrobce neuveden	>>> 63	Žádná fluorescence	97 %
		1	Jemně zrnitá cytoplazma	1,5 %
		1	Difúzní cytoplazmatický obraz	1,5 %
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 88 %				

Sada vzorků 2

(565) ANCA imunofluorescence - průkaz

A2	(87) Euroimmun	>>> 30	Negativní	56 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Negativní	3,7 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	3,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 18	Negativní	33 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
B2	(87) Euroimmun	>>> 30	Pozitivní	56 %
	(103) Immunoconcepts	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Pozitivní	3,7 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Pozitivní	3,7 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 18	Pozitivní	33 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita

A2	(87) Euroimmun	± 19	titr 0 (neměřitelný)	40 %	
		± 7	titr 20	15 %	
		(103) Immunoconcepts	± 1	titr 20	2,1 %
		(115) BioSystems	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,1 %
			± 1	titr 20	2,1 %
		(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 20	2,1 %
		(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 0 (neměřitelný)	2,1 %
		(211) INOVA Diagnostics	± 9	titr 0 (neměřitelný)	19 %
			± 8	titr 20	17 %
		Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit	
B2	(87) Euroimmun	± 1	Neuvedeno	2,1 %	
		± 1	titr 20	2,1 %	
		± 9	titr 80	19 %	
		± 4	titr 160	8,3 %	
		± 7	titr 320	15 %	
		± 4	titr 640	8,3 %	
		(103) Immunoconcepts	± 1	titr 320	2,1 %
(115) BioSystems	± 1	titr 80	2,1 %		

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B2	(115) BioSystems	± 1	titr 320	2,1 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 160	2,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 1	titr 160	2,1 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 1	titr 80	2,1 %
		± 8	titr 160	17 %
		± 6	titr 320	13 %
		± 2	titr 640	4,2 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita

A2	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 20	2,4 %
	(87) Euroimmun	± 17	titr 0 (neměřitelný)	40 %
		± 9	titr 20	21 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 20	2,4 %
	(142) Immco Diagnostics	± 2	titr 20	4,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 8	titr 0 (neměřitelný)	19 %
		± 4	titr 20	9,5 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

B2	(0) výrobce neuveden	± 1	titr 320	2,4 %
	(87) Euroimmun	± 1	Neuvedeno	2,4 %
		± 1	titr 20	2,4 %
		± 1	titr 40	2,4 %
		± 9	titr 160	21 %
		± 10	titr 320	24 %
		± 4	titr 640	9,5 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 320	2,4 %
	(142) Immco Diagnostics	± 1	titr 80	2,4 %
		± 1	titr 320	2,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 1	titr 80	2,4 %
		± 2	titr 160	4,8 %
		± 6	titr 320	14 %
		± 3	titr 640	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 42		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(566) ANCA - typ fluorescence

A2	(0) výrobce neuveden	>>> 54	Žádná fluorescence	100 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
B2	(0) výrobce neuveden	>>> 54	cANCA (cytoplazmatická)	100 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(569) anti-myeloperoxidáza

A2	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	1,6 %	
	(14) Bio-Rad	>>> 2	Negativní	3,2 %	
	(32) Human	>>> 1	Negativní	1,6 %	
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,6 %	
	(87) Euroimmun	>>> 20	Negativní	32 %	
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	1,6 %	
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,6 %	
	(135) OrgenTec	>>> 20	Negativní	32 %	
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Negativní	3,2 %	
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	1,6 %	
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	1,6 %	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	4,8 %	
	(191) D-tek	>>> 2	Negativní	3,2 %	
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 4	Negativní	6,3 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	4,8 %	
	Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %		
	B2	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	1,6 %
		(14) Bio-Rad	>>> 2	Negativní	3,2 %
(32) Human		>>> 1	Negativní	1,6 %	
(59) PHARMACIA Diagnostics		>>> 1	Negativní	1,6 %	
(87) Euroimmun		>>> 19	Negativní	30 %	
		1	Pozitivní	1,6 %	
(101) Hycor		>>> 1	Negativní	1,6 %	
(115) BioSystems		>>> 1	Negativní	1,6 %	
(135) OrgenTec		>>> 20	Negativní	32 %	
(139) BL Diagnostics		>>> 2	Negativní	3,2 %	
(140) Test-Line		>>> 1	Negativní	1,6 %	
(147) AIDA		>>> 1	Negativní	1,6 %	
(148) Aesku.lab Diagnostika		>>> 3	Negativní	4,8 %	

Zkouška					
Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N _{rel}
B2	(191) D-tek	>>>	2	Negativní	3,2%
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	4	Negativní	6,3%
	(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	4,8%
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

(570) anti-proteináza III

A2	(5) Dialab	>>>	1	Negativní	1,6%
	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	3,2%
	(32) Human	>>>	1	Negativní	1,6%
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,6%
	(87) Euroimmun	>>>	20	Negativní	32%
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,6%
	(115) BioSystems	>>>	1	Negativní	1,6%
	(135) OrgenTec	>>>	20	Negativní	32%
	(139) BL Diagnostics	>>>	2	Negativní	3,2%
	(140) Test-Line	>>>	1	Negativní	1,6%
	(147) AIDA	>>>	1	Negativní	1,6%
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3	Negativní	4,8%
	(191) D-tek	>>>	2	Negativní	3,2%
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	4	Negativní	6,3%
(999) jiný výrobce	>>>	3	Negativní	4,8%	
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %			
B2	(5) Dialab	>>>	1	Pozitivní	1,6%
	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	3,2%
	(32) Human	>>>	1	Pozitivní	1,6%
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,6%
	(87) Euroimmun	>>>	20	Pozitivní	32%
	(101) Hycor	>>>	1	Pozitivní	1,6%
	(115) BioSystems	>>>	1	Pozitivní	1,6%
	(135) OrgenTec	>>>	20	Pozitivní	32%
	(139) BL Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	3,2%
	(140) Test-Line	>>>	1	Pozitivní	1,6%
	(147) AIDA	>>>	1	Pozitivní	1,6%
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3	Pozitivní	4,8%
	(191) D-tek	>>>	2	Pozitivní	3,2%
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	4	Pozitivní	6,3%
(999) jiný výrobce	>>>	3	Pozitivní	4,8%	
Celkem za vzorek: n = 63		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

Sada vzorků 3**(580) Anti-ENA/SS-A/Ro-60**

A3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	2,9%	
	(32) Human	>>>	2	Pozitivní	2,9%	
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	1,5%	
	(87) Euroimmun	>>>	30	Pozitivní	44%	
	(98) Fujirebio	>>>	1	Pozitivní	1,5%	
	(101) Hycor	>>>	1	Pozitivní	1,5%	
	(135) OrgenTec	>>>	7	Pozitivní	10%	
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Pozitivní	7,4%	
	(140) Test-Line	>>>	4	Pozitivní	5,9%	
	(147) AIDA	>>>	2	Pozitivní	2,9%	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2	Pozitivní	2,9%	
	(166) Thermo	>>>	1	Pozitivní	1,5%	
	(191) D-tek	>>>	5	Pozitivní	7,4%	
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Pozitivní	7,4%	
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %				
B3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	2,9%	
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,9%	
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1	Negativní	1,5%	
	(87) Euroimmun	>>>	29	Negativní	43%	
				1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5%
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,5%	
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,5%	
	(135) OrgenTec	>>>	7	Negativní	10%	
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,4%	
	(140) Test-Line	>>>	4	Negativní	5,9%	
	(147) AIDA	>>>	2	Negativní	2,9%	
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2	Negativní	2,9%	

Zkouška			N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina				
B3	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>>	4	Negativní	5,9 %
			1	Pozitivní	1,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,4 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(581) Anti-ENA/SS-B/La

A3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Pozitivní	2,9 %
	(32) Human	>>>	2	Pozitivní	2,9 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Pozitivní	2,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	31	Pozitivní	46 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(101) Hycor	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Pozitivní	8,8 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Pozitivní	7,4 %
	(140) Test-Line		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
		>>>	3	Pozitivní	4,4 %
	(147) AIDA		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
		>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
	(166) Thermo	>>>	1	Pozitivní	1,5 %
(191) D-tek	>>>	5	Pozitivní	7,4 %	
(999) jiný výrobce	>>>	5	Pozitivní	7,4 %	
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 97 %					
B3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	31	Negativní	46 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Negativní	8,8 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(140) Test-Line	>>>	4	Negativní	5,9 %
	(147) AIDA	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,4 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

(582) Anti-ENA/Sci-70

A3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	31	Negativní	46 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Negativní	8,8 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(140) Test-Line	>>>	4	Negativní	5,9 %
	(147) AIDA	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,4 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %			
B3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	31	Negativní	46 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Negativní	8,8 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(140) Test-Line	>>>	4	Negativní	5,9 %
	(147) AIDA	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,5 %

Zkouška					
Vzorek	Skupina		N	Výsledek	N _{rel}
B3	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,4 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(583) Anti-ENA/RNP

A3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(87) Euroimmun	>>>	31	Negativní	46 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Negativní	9,0 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,5 %
	(140) Test-Line	>>>	4	Negativní	6,0 %
	(147) AIDA	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	7,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
B3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(87) Euroimmun	>>>	31	Negativní	46 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Negativní	9,0 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,5 %
	(140) Test-Line	>>>	4	Negativní	6,0 %
	(147) AIDA	>>>	2	Negativní	3,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	7,5 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,5 %
Celkem za vzorek: n = 67		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(584) Anti-ENA/Jo-1

A3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	31	Negativní	46 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Negativní	8,8 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(140) Test-Line	>>>	4	Negativní	5,9 %
	(147) AIDA	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,4 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					
B3	(14) Bio-Rad	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(32) Human	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	31	Negativní	46 %
	(98) Fujirebio	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(101) Hycor	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(135) OrgenTec	>>>	6	Negativní	8,8 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(140) Test-Line	>>>	4	Negativní	5,9 %
	(147) AIDA	>>>	2	Negativní	2,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	1,5 %
	(191) D-tek	>>>	5	Negativní	7,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	5	Negativní	7,4 %
Celkem za vzorek: n = 68		Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(585) Protilátky proti centromerám

A3	(0) výrobce neuveden	>>>	4	Negativní	7,1 %
----	----------------------	-----	---	-----------	-------

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A3	(14) Bio-Rad	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	28 Negativní	50 %
	(98) Fujirebio	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(140) Test-Line	>>>	3 Negativní	5,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(191) D-tek	>>>	4 Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Negativní	7,1 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
B3	(0) výrobce neuveden	>>>	4 Negativní	7,1 %
	(14) Bio-Rad	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(59) PHARMACIA Diagnostics	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	28 Negativní	50 %
	(98) Fujirebio	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(140) Test-Line	>>>	3 Negativní	5,4 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(166) Thermo	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(191) D-tek	>>>	4 Negativní	7,1 %
(999) jiný výrobce	>>>	4 Negativní	7,1 %	
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Sada vzorků 4**(588) Anti-ds-DNA imunofluores.**

A4	(87) Euroimmun		2 Negativní	3,6 %
		>>>	25 Pozitivní	45 %
	(115) BioSystems	>>>	5 Pozitivní	9,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(140) Test-Line	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(211) INOVA Diagnostics		1 Negativní	1,8 %
		>>>	19 Pozitivní	35 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 95 %		
B4	(87) Euroimmun	>>>	26 Negativní	47 %
			1 Pozitivní	1,8 %
	(115) BioSystems	>>>	5 Negativní	9,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(140) Test-Line	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	19 Negativní	35 %
			1 Pozitivní	1,8 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(577) Anti-ds-DNA imunofluor. - semikvan.

A4	(87) Euroimmun	±	1 Neuvedeno	1,9 %	
		±	2 titr 0 (neměřitelný)	3,8 %	
		±	1 titr 40	1,9 %	
		±	3 titr 80	5,8 %	
		±	3 titr 160	5,8 %	
		±	8 titr 320	15 %	
		±	3 titr 640	5,8 %	
		±	2 titr 1280	3,8 %	
		(103) Immunoconcepts	±	1 titr 160	1,9 %
		(115) BioSystems	±	1 titr 80	1,9 %
			±	2 titr 160	3,8 %
			±	3 titr 640	5,8 %
		(140) Test-Line	±	1 titr 320	1,9 %
		(148) Aesku.lab Diagnostika	±	1 titr 160	1,9 %
			±	1 titr 2560	1,9 %
		(211) INOVA Diagnostics	±	1 titr 10	1,9 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
A4	(211) INOVA Diagnostics	± 1	titr 40	1,9 %
		± 6	titr 80	12 %
		± 4	titr 160	7,7 %
		± 2	titr 320	3,8 %
		± 2	titr 640	3,8 %
		± 3	titr 1280	5,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B4	(87) Euroimmun	± 18	titr 0 (neměřitelný)	35 %
		± 4	titr 10	7,7 %
		± 1	titr 160	1,9 %
	(103) Immunoconcepts	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
	(115) BioSystems	± 3	titr 0 (neměřitelný)	5,8 %
		± 3	titr 10	5,8 %
	(140) Test-Line	± 1	titr 0 (neměřitelný)	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	± 2	titr 0 (neměřitelný)	3,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	± 9	titr 0 (neměřitelný)	17 %
		± 9	titr 10	17 %
		± 1	titr 640	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

(589) Anti-ds-DNA jiné metody

A4	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Pozitivní	43 %
	(101) Hycor		Negativní	2,0 %
		>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(135) OrgenTec	>>> 10	Pozitivní	20 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Pozitivní	12 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(166) Thermo	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(191) D-tek	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics		Negativní	2,0 %
		>>> 2	Pozitivní	4,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 96 %		
B4	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	43 %
	(101) Hycor	>>> 1	Negativní	2,0 %
			Pozitivní	2,0 %
	(135) OrgenTec	>>> 10	Negativní	20 %
	(140) Test-Line	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Negativní	12 %
	(164) DiaSorin	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(166) Thermo	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(191) D-tek	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Negativní	4,1 %
			Pozitivní	2,0 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	4,1 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

Sada vzorků 5**(591) Anti-nukleosomy IgG**

A5	(87) Euroimmun	>>> 25	Pozitivní	50 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(135) OrgenTec	>>> 13	Pozitivní	26 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	4,0 %
	(147) AIDA	>>> 1	Pozitivní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika		Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,0 %
		>>> 2	Pozitivní	4,0 %
	(191) D-tek		Negativní	2,0 %
		>>> 4	Pozitivní	8,0 %
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 96 %		
B5	(87) Euroimmun	>>> 25	Negativní	50 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(135) OrgenTec	>>> 13	Negativní	26 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Negativní	4,0 %
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	6,0 %
	(191) D-tek	>>> 5	Negativní	10 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 50		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 13.11.2017