

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------|---------|---|----------|------------------|
|--------|---------|---|----------|------------------|

Sada vzorků 1**(560) ANA screening (jádro buňky) - průkaz**

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 13 | Negativní | 93 % |
| | | | 1 | Pozitivní | 7,1 % |
| | Celkem za vzorek: n = 14 | Úspěšnost: 93 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 14 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 14 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 93 % | | | | | |

(572) ANA screening (jádro buňky) - semikvan.

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|---|----------------------|------|
| A1 | Všechny výsledky | ± | 3 | titr 0 (neměřitelný) | 30 % |
| | | ± | 4 | titr 40 | 40 % |
| | | ± | 3 | titr 80 | 30 % |
| | Celkem za vzorek: n = 10 | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | | |
| B1 | Všechny výsledky | ± | 1 | Neuvedeno | 10 % |
| | | ± | 1 | titr 80 | 10 % |
| | | ± | 1 | titr 640 | 10 % |
| | | ± | 3 | titr 1280 | 30 % |
| | | ± | 4 | titr 2560 | 40 % |
| | Celkem za vzorek: n = 10 | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | | |

(561) ANA - typ fluorescence jádra

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----|------------------------|-------|
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 12 | Žádná fluorescence | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 12 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 10 | Homogenní jadérko | 83 % |
| | | > | 2 | Chuchvalcovité jadérko | 17 % |
| | Celkem za vzorek: n = 12 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(563) ANA screening (cytoplazma) - průkaz

| | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A1 | Všechny výsledky | >>> | 12 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 12 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 12 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 12 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(573) ANA screening (cytoplazma) - semikvan.

| | | | | | |
|----|--------------------------|--|---|----------------------|------|
| A1 | Všechny výsledky | ± | 1 | Neuvedeno | 10 % |
| | | ± | 1 | titr 80 | 10 % |
| | | ± | 1 | titr 320 | 10 % |
| | | ± | 5 | titr 640 | 50 % |
| | | ± | 2 | titr 1280 | 20 % |
| | Celkem za vzorek: n = 10 | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | | |
| B1 | Všechny výsledky | ± | 3 | titr 0 (neměřitelný) | 30 % |
| | | ± | 4 | titr 40 | 40 % |
| | | ± | 3 | titr 80 | 30 % |
| | Celkem za vzorek: n = 10 | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | | |

(564) ANA - typ fluorescence cytoplazmy

| | | | | | |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----|--|-------|
| A1 | Všechny výsledky | | 1 | Hrubě zrnitá cytoplazma (mitochondrie) | 8,3 % |
| | | | 1 | Difúzní cytoplazmatický obraz | 8,3 % |
| | | >>> | 10 | Skelet | 83 % |
| | Celkem za vzorek: n = 12 | Úspěšnost: 83 % | | | |
| B1 | Všechny výsledky | >>> | 12 | Žádná fluorescence | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 12 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 83 % | | | | | |

Sada vzorků 2**(565) ANCA imunofluorescence - průkaz**

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------------|---|-----------|-------|
| A2 | Všechny výsledky | >>> | 7 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 7 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> | 7 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 7 | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

(574) ANCA IF (etanol) - semikvantita

| | | | | | |
|----|-------------------------|--|---|----------------------|------|
| A2 | Všechny výsledky | ± | 1 | titr 0 (neměřitelný) | 20 % |
| | | ± | 4 | titr 20 | 80 % |
| | Celkem za vzorek: n = 5 | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | | |
| B2 | Všechny výsledky | ± | 1 | Neuvedeno | 20 % |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|-------------------------|------------------|--|----------|------------------|
| B2 | Všechny výsledky | ± 1 | titr 20 | 20 % |
| | | ± 1 | titr 320 | 20 % |
| | | ± 2 | titr 640 | 40 % |
| Celkem za vzorek: n = 5 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |

(578) ANCA IF (formalín) - semikvantita

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--|----------------------|------|
| A2 | Všechny výsledky | ± 1 | titr 0 (neměřitelný) | 20 % |
| | | ± 4 | titr 20 | 80 % |
| Celkem za vzorek: n = 5 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |
| B2 | Všechny výsledky | ± 1 | Neuvedeno | 20 % |
| | | ± 1 | titr 20 | 20 % |
| | | ± 2 | titr 160 | 40 % |
| | | ± 1 | titr 320 | 20 % |
| Celkem za vzorek: n = 5 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | | |

(566) ANCA - typ fluorescence

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------|
| A2 | Všechny výsledky | >>> 7 | Žádná fluorescence | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 7 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> 7 | cANCA (cytoplazmatická) | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 7 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(569) anti-myeloperoxidáza

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| A2 | Všechny výsledky | >>> 10 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 10 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> 10 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 10 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(570) anti-proteináza III

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| A2 | Všechny výsledky | >>> 10 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 10 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| B2 | Všechny výsledky | >>> 10 | Pozitivní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 10 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

Sada vzorků 3**(580) Anti-ENA/SS-A/Ro-60**

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 12 | Pozitivní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 12 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 12 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 12 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(581) Anti-ENA/SS-B/La

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 12 | Pozitivní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 12 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 12 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 12 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(582) Anti-ENA/Sci-70

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 12 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 12 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 12 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 12 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(583) Anti-ENA/RNP

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 11 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 11 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 11 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 11 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(584) Anti-ENA/Jo-1

| | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 12 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 12 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 12 | Negativní | 100 % |
| Celkem za vzorek: n = 12 | | Úspěšnost: 100 % | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(585) Protilátky proti centromerám

| | | | | |
|----|------------------|-------|-----------|-------|
| A3 | Všechny výsledky | >>> 9 | Negativní | 100 % |
|----|------------------|-------|-----------|-------|

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------------------------|-------------------------|-------|------------------|------------------|
| | Celkem za vzorek: n = 9 | | Úspěšnost: 100 % | |
| B3 | Všechny výsledky | >>> 9 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 9 | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

Sada vzorků 4

(588) Anti-ds-DNA imunofluores.

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------|------------------|-------|
| A4 | Všechny výsledky | >>> 4 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 4 | | Úspěšnost: 100 % | |
| B4 | Všechny výsledky | >>> 4 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 4 | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

(577) Anti-ds-DNA imunofluor. - semikvan.

| | | | | |
|----|-------------------------|-----|--|------|
| A4 | Všechny výsledky | ± 1 | Neuvedeno | 25 % |
| | | ± 1 | titr 640 | 25 % |
| | | ± 2 | titr 1280 | 50 % |
| | Celkem za vzorek: n = 4 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | |
| B4 | Všechny výsledky | ± 1 | titr 0 (neměřitelný) | 25 % |
| | | ± 3 | titr 10 | 75 % |
| | Celkem za vzorek: n = 4 | | Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit | |

(589) Anti-ds-DNA jiné metody

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------|------------------|-------|
| A4 | Všechny výsledky | >>> 8 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 8 | | Úspěšnost: 100 % | |
| B4 | Všechny výsledky | >>> 8 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 8 | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |

Sada vzorků 5

(591) Anti-nukleosomy IgG

| | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------|------------------|-------|
| A5 | Všechny výsledky | >>> 8 | Pozitivní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 8 | | Úspěšnost: 100 % | |
| B5 | Všechny výsledky | >>> 8 | Negativní | 100 % |
| | Celkem za vzorek: n = 8 | | Úspěšnost: 100 % | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | |