

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(461) anti-kardiolipin screening				
A	(38) IL	>>>	1 Negativní	5,9 %
	(135) OrgenTec	>>>	9 Negativní	53 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	3 Negativní	18 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4 Negativní	24 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
B	(38) IL	>>>	1 Pozitivní	5,9 %
	(135) OrgenTec	>>>	9 Pozitivní	53 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	18 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	4 Pozitivní	24 %
Celkem za vzorek: n = 17		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(463) anti-kardiolipin IgG

A	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(38) IL	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(135) OrgenTec	>>>	23 Negativní	44 %
			1 Pozitivní	1,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5 Negativní	9,6 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6 Negativní	12 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	2 Negativní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Negativní	12 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 98 %		
B	(5) Dialab	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(32) Human	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(38) IL	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Negativní	1,9 %
			23 Pozitivní	44 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5 Pozitivní	9,6 %
	(147) AIDA	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6 Pozitivní	12 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	2 Pozitivní	3,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Pozitivní	12 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(464) anti-kardiolipin IgM

A	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(38) IL	>>>	2 Negativní	3,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Negativní	3,9 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	3,9 %
	(135) OrgenTec	>>>	23 Negativní	45 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	5 Negativní	9,8 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6 Negativní	12 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	2 Negativní	3,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Negativní	12 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(38) IL	>>>	2 Negativní	3,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Negativní	3,9 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	3,9 %
	(135) OrgenTec	>>>	20 Negativní	39 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,0 %
			2 Pozitivní	3,9 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	2 Negativní	3,9 %
			3 Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,9 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6 Negativní	12 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Negativní	3,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 6	Negativní	12 %
Celkem za vzorek: n = 51		Úspěšnost: 88 %		
Celková úspěšnost: 88 %				

(465) anti-beta2-GP 1 screening

A	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	17 %
	(38) IL	>>> 1	Negativní	8,3 %
	(135) OrgenTec	>>> 5	Negativní	42 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Negativní	17 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	17 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Pozitivní	17 %
	(38) IL	>>> 1	Pozitivní	8,3 %
	(135) OrgenTec	>>> 5	Pozitivní	42 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	17 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Pozitivní	17 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(467) anti-beta2-GP 1 IgG

A	(32) Human	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(38) IL	>>> 2	Negativní	4,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 2	Negativní	4,2 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Negativní	4,2 %
	(135) OrgenTec	>>> 26	Negativní	54 %
		1	Pozitivní	2,1 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 5	Negativní	10 %
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Negativní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 98 %		
B	(32) Human	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(38) IL	>>> 2	Pozitivní	4,2 %
	(87) Euroimmun	>>> 2	Pozitivní	4,2 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Pozitivní	4,2 %
	(135) OrgenTec	1	Negativní	2,1 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,1 %
		>>> 25	Pozitivní	52 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 5	Pozitivní	10 %
	(147) AIDA	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Pozitivní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	4,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Pozitivní	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 48		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(468) anti-beta2-GP 1 IgM

A	(32) Human	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(38) IL	>>> 2	Negativní	4,3 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(115) BioSystems	>>> 2	Negativní	4,3 %
	(135) OrgenTec	>>> 27	Negativní	57 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 6	Negativní	13 %
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 3	Negativní	6,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Negativní	4,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
B	(32) Human	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(38) IL	>>> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,1 %
		>	Pozitivní	2,1 %
	(87) Euroimmun	>	Pozitivní	2,1 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	2,1 %
		>>> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,1 %
	(135) OrgenTec	>>> 20	Negativní	43 %
		>>> 4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	8,5 %
		>	Pozitivní	6,4 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,1 %
		>>> 3	Neprůkazný výsledek (hraniční)	6,4 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B	(139) BL Diagnostics	>	2 Pozitivní	4,3 %
	(147) AIDA	>>>	1 Negativní	2,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	6,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1 Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,1 %
		>>>	2 Negativní	4,3 %

----- Celkem za vzorek: n = 47 ----- Úspěšnost: 100 % -----

Celková úspěšnost: 100 %

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 11.11.2017