

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(461) anti-kardiolipin screening				
A	Všechny výsledky	>>> 3	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 3	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(463) anti-kardiolipin IgG				
A	Všechny výsledky	>>> 9	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 9	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 9	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 9	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(464) anti-kardiolipin IgM				
A	Všechny výsledky	>>> 9	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 9	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 9	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 9	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(465) anti-beta2-GP 1 screening				
A	Všechny výsledky	>>> 4	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 4	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 4	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(467) anti-beta2-GP 1 IgG				
A	Všechny výsledky	>>> 9	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 9	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 9	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 9	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(468) anti-beta2-GP 1 IgM				
A	Všechny výsledky	>>> 9	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 9	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 7	Negativní	78 %
		>>> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	11 %
		>	Pozitivní	11 %
	Celkem za vzorek: n = 9	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				