

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(575) Anti-tyreoglobulin**

A1	Všechny výsledky	1	Negativní	5,0 %
		>>> 19	Pozitivní	95 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 95 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	95 %
		1	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Sada vzorků 2**(590) Anti-TSH receptor**

A2	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 12	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 12		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				