

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT2/17 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 23.10.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV} =$ rozšířená nejistota vztažné hodnoty ($k = 2$)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada vzorků 2

(590) Anti-TSH receptor	[U/l]						95						95	92	97%
Vzorky a skupiny															
Vzorek A2		0,340	0,19	57	95	CVP	0,34	0,049	asym.	0	0,9	95	93	98%	
(4) RIA, IRMA, RRA		0,510	0,46	90	9	0						9			
(5) LIA, ILMA		0,339	0,18	52	82	0						82			
Ostatní					4	0						4			
							1x 1, 3x 2								
Vzorek B2		10,0	0,66	6,6	95	CVP	10	0,17	33%	6,7	13,3	95	94	99%	
(4) RIA, IRMA, RRA		10,1	0,74	7,3	9	0						9			
(5) LIA, ILMA		10,1	0,63	6,2	82	0						82			
Ostatní					4	0						4			
							1x 1, 3x 2								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 28.10.2017