

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: AT2/17 - Autoprotilátky u tyreopatií

Stop termín: 23.10.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada vzorků 2

(590) Anti-TSH receptor	[U/l]													
Vzorky a skupiny					12							12	12	100%
Vzorek A2		0,323	0,26	80	12	CVP	0,34	0,049	asym.	0	0,9	12	12	100%
(5) LIA, ILMA		0,339	0,30	89	10	0						10		
Ostatní					2	0						2		
							1x 1, 1x 4							
Vzorek B2		10,3	1,1	11	12	CVP	10	0,17	33%	6,7	13,3	12	12	100%
(5) LIA, ILMA		10,4	1,0	9,6	10	0						10		
Ostatní					2	0						2		
							1x 1, 1x 4							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 28.10.2017