

Cyklus EHK: CC2/17 - Cystatin C

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CV = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(106) Cystatin C					68							68	65	96%
Vzorky a skupiny	[mg/l]													
Vzorek A		0,735	0,068	9,3	68	CVP	0,735	0,020	18%	0,602	0,868	68	65	96%
Všechny výsledky		0,735	0,068	9,3	68	0						68		
Vzorek B		3,65	0,20	5,5	68	CVP	3,65	0,060	18%	2,99	4,31	68	68	100%
Všechny výsledky		3,65	0,20	5,5	68	0						68		
st_kn_p														Vytištěno: 18.10.2017

Konec sestavy

Vytlačeno: 18.10.2017