

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/17 - Stanovení CRP

Stop termín: 08.12.2017

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr | AV = vztažná hodnota | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka | CRV = certifikovaná referenční hodnota | LL = dolní mez |
| CV = variační koeficient | RV = referenční hodnota | UL = horní mez |
| Ntot = celkový počet účastníků | CVE = konsenzus expertů | Neva = počet hodnocených účastníků |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků | Nsuc = počet úspěšných účastníků |
| | CVPG = konsenzus skupin účastníků | Srel = relativní úspěšnost |
| | U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) | |

| Zkouška | [jednotka] | Srovnatelnost | | | | | | | | | | |
|---------|------------|---------------|----|--------|------------------|------------------|----|-----------------|------------------|----|----|------------------|
| | | RoM | SD | CV [%] | N _{tot} | N _{out} | AV | U _{AV} | D _{max} | LL | UL | N _{eva} |

Sada vzorků 1

| (100) C-reaktivní protein | [mg/l] | | | | | | | | | | | 53 | 53 | 50 | 94% | | |
|---------------------------|--------|------|-----|-----|----|-----|------|------|-----|------|----|----|----|-----|-----|--|--|
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A1 | | 43,5 | 3,1 | 7,2 | 53 | CVP | 43,5 | 1,1 | 24% | 33 | 54 | 53 | 52 | 98% | | | |
| (2) Imunoturbidimetrie | | 43,4 | 3,1 | 7,2 | 51 | 0 | | | | | | 51 | | | | | |
| Ostatní | | | | | 2 | 0 | | | | | | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek B1 | | 27,4 | 2,2 | 8,1 | 53 | CVP | 27,4 | 0,75 | 24% | 20,8 | 34 | 53 | 50 | 94% | | | |
| (2) Imunoturbidimetrie | | 27,4 | 2,2 | 8,1 | 51 | 1 | | | | | | 51 | | | | | |
| Ostatní | | | | | 2 | 0 | | | | | | 2 | | | | | |

Sada vzorků 2

| (100) C-reaktivní protein | [mg/l] | | | | | | | | | | | 54 | 54 | 52 | 96% | |
|---------------------------|--------|------|-----|-----|----|-----|------|-----|-----|------|------|----|----|-----|-----|--|
| Vzorky a skupiny | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek A2 | | 45,2 | 3,8 | 8,4 | 54 | CVP | 45,2 | 1,3 | 24% | 34,3 | 56,1 | 54 | 53 | 98% | | |
| (2) Imunoturbidimetrie | | 45,4 | 3,9 | 8,5 | 51 | 0 | | | | | | 51 | | | | |
| Ostatní | | | | | 3 | 0 | | | | | | 3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vzorek B2 | | 49,5 | 5,3 | 11 | 54 | CVP | 49,5 | 1,8 | 24% | 37,6 | 61,4 | 54 | 52 | 96% | | |
| (2) Imunoturbidimetrie | | 49,6 | 5,4 | 11 | 51 | 0 | | | | | | 51 | | | | |
| Ostatní | | | | | 3 | 0 | | | | | | 3 | | | | |

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 14.12.2017