

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/17 - Stanovení CRP

Stop termín: 08.12.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada vzorků 2

(100) C-reaktivní protein	[mg/l]											17	17	17	100%		
Vzorky a skupiny																	
Vzorek A2		45,1	3,2	7,1	17		CVP	45,2	1,3	24%	34,3	56,1	17	17	100%		
(2) Imunoturbidimetrie		45,3	3,1	6,8	16	0							16				
Ostatní					1	0								1			
							1x3										
Vzorek B2		49,7	4,2	8,4	17		CVP	49,5	1,8	24%	37,6	61,4	17	17	100%		
(2) Imunoturbidimetrie		50,0	4,1	8,3	16	0							16				
Ostatní					1	0								1			
							1x3										

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 14.12.2017