

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: CRP4/17 - Stanovení CRP

Stop termín: 08.12.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
Sada vzorků 1															
(100) C-reaktivní protein					53							53	50	94%	
Vzorky a skupiny		[mg/l]													
Vzorek A1						CVP									
(1) Abbott		43,5	3,1	7,2	53		43,5	1,1	24%	33	54	53	52	98%	
(60) Roche		44,7	1,3	3,0	9	0						9			
(179) Siemens (Bayer)		41,6	2,9	6,9	19	0						19			
Ostatní		46,3	0,15	0,32	5	0						5			
					20	0						20			
							3x 12, 2x 46, 3x 49, 4x 58, 1x 61, 1x 70, 1x 75, 1x 91, 1x 121, 1x 166, 1x 177, 1x 200						53	50	94%
Vzorek B1						CVP									
(1) Abbott		27,4	2,2	8,1	53		27,4	0,75	24%	20,8	34	53	50	94%	
(60) Roche		28,4	0,85	3,0	9	0						9			
(179) Siemens (Bayer)		25,9	1,6	6,1	19	1						19			
Ostatní		30,7	0,22	0,73	5	0						5			
					20	0						20			
							3x 12, 2x 46, 3x 49, 4x 58, 1x 61, 1x 70, 1x 75, 1x 91, 1x 121, 1x 166, 1x 177, 1x 200						53	50	94%
Sada vzorků 2															
(100) C-reaktivní protein					54							54	52	96%	
Vzorky a skupiny		[mg/l]													
Vzorek A2						CVP									
(58) Beckman Coulter (Olympus)		45,2	3,8	8,4	54		45,2	1,3	24%	34,3	56,1	54	53	98%	
(60) Roche		47,8	2,3	4,8	20	0						20			
Ostatní		41,4	1,6	3,9	16	0						16			
					18	0						18			
							4x 1, 2x 12, 4x 49, 4x 149, 2x 178, 2x 179								
Vzorek B2						CVP									
(58) Beckman Coulter (Olympus)		49,5	5,3	11	54		49,5	1,8	24%	37,6	61,4	54	52	96%	
(60) Roche		53,3	2,4	4,4	20	0						20			
Ostatní		44,0	2,4	5,3	16	0						16			
					18	0						18			
							4x 1, 2x 12, 4x 49, 4x 149, 2x 178, 2x 179								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 14.12.2017