

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(130) Leukocyty					221							221	220	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/l]													
Vzorek A		5,53	0,20	3,7	221	CVP	5,53	0,033	15%	4,7	6,36	221	220	100%
Všechny výsledky		5,53	0,20	3,7	221	0						221		
Vzorek B		4,48	0,15	3,4	221	CVP	4,48	0,025	15%	3,8	5,16	221	220	100%
Všechny výsledky		4,48	0,15	3,4	221	0						221		
(160) Neutrofilý					222							222	219	99%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/l]													
Vzorek A		3,49	0,17	4,8	222	CVP	3,49	0,028	25%	2,61	4,37	222	219	99%
Všechny výsledky		3,49	0,17	4,8	222	1						222		
Vzorek B		2,62	0,12	4,4	222	CVP	2,62	0,019	25%	1,96	3,28	222	219	99%
Všechny výsledky		2,62	0,12	4,4	222	1						222		
(161) Lymfocyty					222							222	210	95%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/l]													
Vzorek A		1,39	0,093	6,7	222	CVP	1,39	0,015	25%	1,04	1,74	222	210	95%
Všechny výsledky		1,39	0,093	6,7	222	1						222		
Vzorek B		1,43	0,072	5,0	222	CVP	1,43	0,012	25%	1,07	1,79	222	219	99%
Všechny výsledky		1,43	0,072	5,0	222	1						222		
(162) Monocyty					222							222	216	97%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/l]													
Vzorek A		0,445	0,06	14	222	CVP	0,445	,0099	50%	0,222	0,668	222	219	99%
Všechny výsledky		0,445	0,06	14	222	0						222		
Vzorek B		0,305	0,045	15	222	CVP	0,305	,0075	50%	0,152	0,458	222	217	98%
Všechny výsledky		0,305	0,045	15	222	0						222		
(163) Eozinofily					222							222	203	91%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/l]													
Vzorek A		0,176	0,027	15	222	CVP	0,176	,0044	50%	0,088	0,264	222	208	94%
Všechny výsledky		0,176	0,027	15	222	0						222		
Vzorek B		0,098	0,013	14	222	CVP	0,098	,0022	asym.	0	0,147	222	212	95%
Všechny výsledky		0,098	0,013	14	222	0						222		
(164) Bazofily					222							222	222	100%
Vzorky a skupiny	[·10(exp9)/l]													
Vzorek A		0,030	0,016	55	222	CVP	0,03	,0027	asym.	0	0,166	222	222	100%
Všechny výsledky		0,030	0,016	55	222	0						222		
Vzorek B		0,013	0,01	77	222	CVP	0,013	,0017	asym.	0	0,134	222	222	100%
Všechny výsledky		0,013	0,01	77	222	0						222		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 26.10.2017