

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{Tot}	N _{Out}	AV	U_{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(130) Leukocyty	[·10(exp9)/l]				29							29	29	100%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		5,46	0,23	4,3	29	CVP	5,53	0,033	15%	4,7	6,36	29	29	100%
Všechny výsledky		5,46	0,23	4,3	29	0						29	29	100%
Vzorek B		4,42	0,19	4,3	29	CVP	4,48	0,025	15%	3,8	5,16	29	29	100%
Všechny výsledky		4,42	0,19	4,3	29	0						29	29	100%
(160) Neutrofilly	[·10(exp9)/l]				29							29	28	97%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		3,49	0,17	5,0	29	CVP	3,49	0,028	25%	2,61	4,37	29	28	97%
Všechny výsledky		3,49	0,17	5,0	29	1						29	28	97%
Vzorek B		2,64	0,14	5,4	29	CVP	2,62	0,019	25%	1,96	3,28	29	28	97%
Všechny výsledky		2,64	0,14	5,4	29	1						29	28	97%
(161) Lymfocyty	[·10(exp9)/l]				29							29	24	83%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		1,36	0,16	12	29	CVP	1,39	0,015	25%	1,04	1,74	29	24	83%
Všechny výsledky		1,36	0,16	12	29	1						29	24	83%
Vzorek B		1,40	0,10	7,3	29	CVP	1,43	0,012	25%	1,07	1,79	29	27	93%
Všechny výsledky		1,40	0,10	7,3	29	1						29	27	93%
(162) Monocyty	[·10(exp9)/l]				29							29	28	97%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		0,426	0,079	18	29	CVP	0,445	,0099	50%	0,222	0,668	29	28	97%
Všechny výsledky		0,426	0,079	18	29	0						29	28	97%
Vzorek B		0,282	0,066	23	29	CVP	0,305	,0075	50%	0,152	0,458	29	28	97%
Všechny výsledky		0,282	0,066	23	29	0						29	28	97%
(163) Eozinofily	[·10(exp9)/l]				29							29	21	72%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		0,163	0,051	32	29	CVP	0,176	,0044	50%	0,088	0,264	29	23	79%
Všechny výsledky		0,163	0,051	32	29	0						29	23	79%
Vzorek B		0,094	0,023	24	29	CVP	0,098	,0022	asym.	0	0,147	29	26	90%
Všechny výsledky		0,094	0,023	24	29	0						29	26	90%
(164) Bazofily	[·10(exp9)/l]				29							29	29	100%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		0,022	0,014	63	29	CVP	0,03	,0027	asym.	0	0,166	29	29	100%
Všechny výsledky		0,022	0,014	63	29	0						29	29	100%
Vzorek B		0,008	0,006	80	29	CVP	0,013	,0017	asym.	0	0,134	29	29	100%
Všechny výsledky		0,008	0,006	80	29	0						29	29	100%