

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	Všechny výsledky	1	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	0,31 %
		3	2,81 - 11 mmol/l	0,94 %
		>>> 101	11,1 - 28 mmol/l	32 %
		>>> 214	> 28 mmol/l	67 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 245	Negativní, normální, <= 2,8 mmol/l	77 %
		> 74	2,81 - 11 mmol/l	23 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 99 %			

**(263) Ketony**

A	Všechny výsledky	10	Negativní, <= 0,5 mmol/l	3,1 %
		>>> 207	1+, 2+	65 %
		>>> 102	3+, 4+	32 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 97 %		
B	Všechny výsledky	>>> 319	Negativní, <= 0,5 mmol/l	100 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 97 %			

**(264) Celková bílkovina**

A	Všechny výsledky	1	Negativní, < 0,3 g/l	0,31 %
		16	0,3 - 0,5 g/l	5,0 %
		>>> 143	0,51 - 2,5 g/l	45 %
		>>> 159	> 2,5 g/l	50 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 95 %		
B	Všechny výsledky	>>> 310	Negativní, < 0,3 g/l	97 %
		9	0,3 - 0,5 g/l	2,8 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 97 %		
	Celková úspěšnost: 92 %			

**(266) Urobilinogen**

A	Všechny výsledky	1	Negativní, < 17 µmol/l	0,31 %
		>>> 141	1+, 2+	44 %
		>>> 177	3+, 4+	55 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 319	Negativní, < 17 µmol/l	100 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %			

**(268) Bilirubin**

A	Všechny výsledky	> 17	1+, 2+	5,4 %
		>>> 295	3+, 4+	95 %
	Celkem za vzorek: n = 312	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 312	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 312	Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %			

**(270) Leukocyty**

A	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	3	Negativní	1,1 %
		> 14	10 - 50 leu/µl	5,1 %
		>>> 101	51 - 250 leu/µl	37 %
		>>> 144	> 250 leu/µl	53 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 8	Negativní	2,9 %
		± 1	10 - 50 leu/µl	0,37 %
		± 2	51 - 250 leu/µl	0,73 %
	Celkem za vzorek: n = 273	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 273	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 273	Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %			

**(272) Krev**

A	Všechny výsledky	4	5 - 12 ery/µl	1,3 %
		> 25	13 - 50 ery/µl	7,8 %
		>>> 290	> 50 ery/µl	91 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 313	Negativní	98 %
		6	5 - 12 ery/µl	1,9 %
	Celkem za vzorek: n = 319	Úspěšnost: 98 %		
	Celková úspěšnost: 97 %			

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(273) pH</b>				
A	Všechny výsledky	> 1	5,5	0,31 %
		> 9	6,0	2,8 %
		>>> 80	6,5	25 %
		>>> 220	7,0	69 %
		> 7	7,5	2,2 %
		1	8,5	0,31 %
		1	9,0	0,31 %
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	> 8	5,0	2,5 %
		> 6	5,5	1,9 %
		>>> 84	6,0	26 %
		>>> 201	6,5	63 %
		> 20	7,0	6,3 %
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
<b>(274) Nitrity</b>				
A	Všechny výsledky	2	Negativní	0,72 %
		>>> 274	Pozitivní	99 %
Celkem za vzorek: n = 276		Úspěšnost: 99 %		
B	Všechny výsledky	>>> 276	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 276		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				
<b>(275) hCG</b>				
A	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	5,6 %
		1	Negativní	5,6 %
		>>> 16	Pozitivní	89 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 89 %		
B	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní	94 %
		1	Pozitivní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 94 %		
Celková úspěšnost: 83 %				
<b>(276) Specifická hmotnost</b>				
A	Všechny výsledky	± 1	Neuvedeno	0,38 %
		± 14	1,005	5,4 %
		± 23	1,010	8,8 %
		± 33	1,015	13 %
		± 125	1,020	48 %
		± 59	1,025	23 %
		± 6	1,030	2,3 %
Celkem za vzorek: n = 261		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B	Všechny výsledky	5	1,000	1,9 %
		> 62	1,005	24 %
		>>> 159	1,010	61 %
		> 30	1,015	11 %
		5	1,020	1,9 %
Celkem za vzorek: n = 261		Úspěšnost: 96 %		