

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(261) Glukóza</b>				
A	(5) Dialab	>>> 1	11,1 - 28 mmol/l	0,31 %
		>>> 1	> 28 mmol/l	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 2	11,1 - 28 mmol/l	0,63 %
		>>> 2	> 28 mmol/l	0,63 %
	(18) Cormay	1	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	0,31 %
		>>> 2	> 28 mmol/l	0,63 %
	(46) Erba Lachema	1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
		>>> 17	11,1 - 28 mmol/l	5,3 %
		>>> 33	> 28 mmol/l	10 %
	(49) BioVendor	>>> 3	> 28 mmol/l	0,94 %
	(60) Roche	>>> 5	11,1 - 28 mmol/l	1,6 %
		>>> 40	> 28 mmol/l	13 %
	(63) Sysmex	>>> 8	11,1 - 28 mmol/l	2,5 %
		>>> 4	> 28 mmol/l	1,3 %
	(113) SEKK	>>> 1	11,1 - 28 mmol/l	0,31 %
		>>> 1	> 28 mmol/l	0,31 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 28 mmol/l	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 38	11,1 - 28 mmol/l	12 %
		>>> 34	> 28 mmol/l	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	11,1 - 28 mmol/l	0,63 %
		>>> 4	> 28 mmol/l	1,3 %
	(179) Siemens (Bayer)	2	2,81 - 11 mmol/l	0,63 %
		>>> 11	11,1 - 28 mmol/l	3,4 %
		>>> 22	> 28 mmol/l	6,9 %
	(197) Analyticon	>>> 4	> 28 mmol/l	1,3 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 4	11,1 - 28 mmol/l	1,3 %
		>>> 4	> 28 mmol/l	1,3 %
	(202) Dirui	>>> 10	11,1 - 28 mmol/l	3,1 %
		>>> 33	> 28 mmol/l	10 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 1	11,1 - 28 mmol/l	0,31 %
		>>> 22	> 28 mmol/l	6,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	11,1 - 28 mmol/l	0,31 %
		>>> 4	> 28 mmol/l	1,3 %
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 99 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	0,63 %
		> 2	2,81 - 11 mmol/l	0,63 %
	(18) Cormay	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	0,63 %
		> 1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>>> 27	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	8,5 %
		> 24	2,81 - 11 mmol/l	7,5 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	0,94 %
	(60) Roche	>>> 32	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	10 %
		> 13	2,81 - 11 mmol/l	4,1 %
	(63) Sysmex	>>> 12	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	3,8 %
	(113) SEKK	>>> 1	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	0,31 %
		> 1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 70	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	22 %
		> 2	2,81 - 11 mmol/l	0,63 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 2	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	0,63 %
		> 4	2,81 - 11 mmol/l	1,3 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 31	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	9,7 %
		> 4	2,81 - 11 mmol/l	1,3 %
	(197) Analyticon	>>> 3	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	0,94 %
		> 1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 5	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	1,6 %
		> 3	2,81 - 11 mmol/l	0,94 %
	(202) Dirui	>>> 33	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	10 %
		> 10	2,81 - 11 mmol/l	3,1 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 15	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	4,7 %
		> 8	2,81 - 11 mmol/l	2,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	1,3 %
		> 1	2,81 - 11 mmol/l	0,31 %
Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 99 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(263) Ketony</b>				
A	(5) Dialab	>>> 2	1+, 2+	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	1+, 2+	1,3 %
	(18) Cormay	1	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,31 %
		>>> 2	1+, 2+	0,63 %
	(46) Erba Lachema	2	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,63 %
		>>> 40	1+, 2+	13 %
		>>> 9	3+, 4+	2,8 %
	(49) BioVendor	>>> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(60) Roche	>>> 6	1+, 2+	1,9 %
		>>> 39	3+, 4+	12 %
	(63) Sysmex	4	Negativní, <= 0,5 mmol/l	1,3 %
		>>> 8	1+, 2+	2,5 %
	(113) SEKK	1	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,31 %
		>>> 1	1+, 2+	0,31 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	1+, 2+	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 36	1+, 2+	11 %
		>>> 36	3+, 4+	11 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	1+, 2+	1,6 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 29	1+, 2+	9,1 %
		>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(197) Analyticon	>>> 5	1+, 2+	1,6 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 6	1+, 2+	1,9 %
		>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(202) Dirui	>>> 39	1+, 2+	12 %
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	1	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,31 %
		>>> 19	1+, 2+	6,0 %
		>>> 3	3+, 4+	0,94 %
	(999) jiný výrobce	1	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,31 %
		>>> 2	1+, 2+	0,63 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 97 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/l	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,94 %
	(46) Erba Lachema	>>> 51	Negativní, <= 0,5 mmol/l	16 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,94 %
	(60) Roche	>>> 45	Negativní, <= 0,5 mmol/l	14 %
	(63) Sysmex	>>> 12	Negativní, <= 0,5 mmol/l	3,8 %
	(113) SEKK	>>> 2	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,63 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, <= 0,5 mmol/l	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 72	Negativní, <= 0,5 mmol/l	23 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	Negativní, <= 0,5 mmol/l	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 35	Negativní, <= 0,5 mmol/l	11 %
	(197) Analyticon	>>> 5	Negativní, <= 0,5 mmol/l	1,6 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 8	Negativní, <= 0,5 mmol/l	2,5 %
	(202) Dirui	>>> 43	Negativní, <= 0,5 mmol/l	13 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 23	Negativní, <= 0,5 mmol/l	7,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní, <= 0,5 mmol/l	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 97 %				

**(264) Celková bílkovina**

A	(5) Dialab	>>> 1	0,51 - 2,5 g/l	0,31 %
		>>> 1	> 2,5 g/l	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	0,51 - 2,5 g/l	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 3	> 2,5 g/l	0,94 %
	(46) Erba Lachema	>>> 27	0,51 - 2,5 g/l	8,5 %
		>>> 24	> 2,5 g/l	7,5 %
	(49) BioVendor	>>> 3	0,51 - 2,5 g/l	0,94 %
	(60) Roche	>>> 14	0,51 - 2,5 g/l	4,4 %
		>>> 31	> 2,5 g/l	9,7 %
	(63) Sysmex	3	0,3 - 0,5 g/l	0,94 %
		>>> 4	0,51 - 2,5 g/l	1,3 %
		>>> 5	> 2,5 g/l	1,6 %
	(113) SEKK	1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
		>>> 1	> 2,5 g/l	0,31 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	0,51 - 2,5 g/l	0,31 %
	(150) Arkray	4	0,3 - 0,5 g/l	1,3 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(150) Arkray	>>> 38	0,51 - 2,5 g/l	12 %
		>>> 30	> 2,5 g/l	9,4 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 1	0,51 - 2,5 g/l	0,31 %
		>>> 4	> 2,5 g/l	1,3 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 8	0,51 - 2,5 g/l	2,5 %
		>>> 27	> 2,5 g/l	8,5 %
	(197) Analyticon	>>> 2	0,51 - 2,5 g/l	0,63 %
		>>> 3	> 2,5 g/l	0,94 %
	(201) Iris Diagnostics	1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
		>>> 6	0,51 - 2,5 g/l	1,9 %
		>>> 1	> 2,5 g/l	0,31 %
	(202) Dirui	3	0,3 - 0,5 g/l	0,94 %
		>>> 16	0,51 - 2,5 g/l	5,0 %
		>>> 24	> 2,5 g/l	7,5 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	1	Negativní, < 0,3 g/l	0,31 %
		3	0,3 - 0,5 g/l	0,94 %
		>>> 16	0,51 - 2,5 g/l	5,0 %
		>>> 3	> 2,5 g/l	0,94 %
		>>> 1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	0,51 - 2,5 g/l	0,63 %
>>> 2		> 2,5 g/l	0,63 %	
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 95 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/l	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/l	0,94 %
		1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/l	0,94 %
	(46) Erba Lachema	>>> 48	Negativní, < 0,3 g/l	15 %
		3	0,3 - 0,5 g/l	0,94 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, < 0,3 g/l	0,94 %
	(60) Roche	>>> 45	Negativní, < 0,3 g/l	14 %
	(63) Sysmex	>>> 11	Negativní, < 0,3 g/l	3,4 %
		1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
	(113) SEKK	>>> 2	Negativní, < 0,3 g/l	0,63 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 0,3 g/l	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 72	Negativní, < 0,3 g/l	23 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/l	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 33	Negativní, < 0,3 g/l	10 %
		2	0,3 - 0,5 g/l	0,63 %
	(197) Analyticon	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/l	1,6 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 7	Negativní, < 0,3 g/l	2,2 %
		1	0,3 - 0,5 g/l	0,31 %
	(202) Dirui	>>> 42	Negativní, < 0,3 g/l	13 %
1		0,3 - 0,5 g/l	0,31 %	
(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 23	Negativní, < 0,3 g/l	7,2 %	
(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní, < 0,3 g/l	1,6 %	
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 97 % -----				
Celková úspěšnost: 92 %				

**(266) Urobilinogen**

A	(5) Dialab	>>> 1	1+, 2+	0,31 %
		>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	1+, 2+	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 3	3+, 4+	0,94 %
	(46) Erba Lachema	>>> 7	1+, 2+	2,2 %
		>>> 44	3+, 4+	14 %
	(49) BioVendor	>>> 3	3+, 4+	0,94 %
	(60) Roche	>>> 5	1+, 2+	1,6 %
		>>> 40	3+, 4+	13 %
	(63) Sysmex	>>> 11	1+, 2+	3,4 %
	>>> 1	3+, 4+	0,31 %	
	(113) SEKK	>>> 2	3+, 4+	0,63 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 69	1+, 2+	22 %
	>>> 4	3+, 4+	1,3 %	
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	3+, 4+	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	1	Negativní, < 17 µmol/l	0,31 %
		>>> 3	1+, 2+	0,94 %
		>>> 31	3+, 4+	9,7 %
	(197) Analyticon	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
(201) Iris Diagnostics	>>> 3	1+, 2+	0,94 %	
	>>> 5	3+, 4+	1,6 %	

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>	
Vzorek	Skupina				
A	(202) Dirui	>>> 38	1+, 2+	12 %	
		>>> 4	3+, 4+	1,3 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	3+, 4+	7,5 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 4	3+, 4+	1,3 %	
	Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/l	0,63 %	
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/l	1,3 %	
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/l	0,94 %	
	(46) Erba Lachema	>>> 51	Negativní, < 17 µmol/l	16 %	
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní, < 17 µmol/l	0,94 %	
	(60) Roche	>>> 45	Negativní, < 17 µmol/l	14 %	
	(63) Sysmex	>>> 12	Negativní, < 17 µmol/l	3,8 %	
	(113) SEKK	>>> 2	Negativní, < 17 µmol/l	0,63 %	
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní, < 17 µmol/l	0,31 %	
	(150) Arkray	>>> 73	Negativní, < 17 µmol/l	23 %	
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	Negativní, < 17 µmol/l	1,9 %	
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 35	Negativní, < 17 µmol/l	11 %	
	(197) Analyticon	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/l	1,3 %	
	(201) Iris Diagnostics	>>> 8	Negativní, < 17 µmol/l	2,5 %	
	(202) Dirui	>>> 42	Negativní, < 17 µmol/l	13 %	
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní, < 17 µmol/l	7,5 %	
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní, < 17 µmol/l	1,3 %	
	Celkem za vzorek: n = 319		Úspěšnost: 100 %		
	Celková úspěšnost: 100 %				

**(268) Bilirubin**

A	(5) Dialab	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	> 4	1+, 2+	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(46) Erba Lachema	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 42	3+, 4+	13 %
	(49) BioVendor	>>> 3	3+, 4+	0,96 %
	(60) Roche	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 45	3+, 4+	14 %
	(63) Sysmex	>>> 12	3+, 4+	3,8 %
	(113) SEKK	>>> 2	3+, 4+	0,64 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	3+, 4+	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 72	3+, 4+	23 %
	(161) YD Diagnostics	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 5	3+, 4+	1,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 1	1+, 2+	0,32 %
		>>> 34	3+, 4+	11 %
	(197) Analyticon	>>> 4	3+, 4+	1,3 %
	(201) Iris Diagnostics	> 6	1+, 2+	1,9 %
		>>> 2	3+, 4+	0,64 %
(202) Dirui	> 2	1+, 2+	0,64 %	
	>>> 41	3+, 4+	13 %	
(207) 77 Elektronika Kft.	> 1	1+, 2+	0,32 %	
	>>> 23	3+, 4+	7,4 %	
(999) jiný výrobce	>>> 4	3+, 4+	1,3 %	
Celkem za vzorek: n = 312		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní	0,96 %
	(46) Erba Lachema	>>> 43	Negativní	14 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	0,96 %
	(60) Roche	>>> 46	Negativní	15 %
	(63) Sysmex	>>> 12	Negativní	3,8 %
	(113) SEKK	>>> 2	Negativní	0,64 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,32 %
	(150) Arkray	>>> 72	Negativní	23 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	Negativní	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 35	Negativní	11 %
	(197) Analyticon	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 8	Negativní	2,6 %
	(202) Dirui	>>> 43	Negativní	14 %
(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní	7,7 %	
(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	1,3 %	
Celkem za vzorek: n = 312		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
<b>(270) Leukocyty</b>				
A	(5) Dialab	>>>	2 > 250 leu/μl	0,73 %
	(6) APR	>>>	1 > 250 leu/μl	0,37 %
	(12) Beckman Coulter; (223) Iris iChem Velocity	±	4 Negativní	1,5 %
	(18) Cormay	>	1 10 - 50 leu/μl	0,37 %
		>>>	2 51 - 250 leu/μl	0,73 %
	(46) Erba Lachema	>>>	3 51 - 250 leu/μl	1,1 %
		>>>	9 > 250 leu/μl	3,3 %
	(49) BioVendor	>>>	3 > 250 leu/μl	1,1 %
	(60) Roche	>	1 10 - 50 leu/μl	0,37 %
		>>>	14 51 - 250 leu/μl	5,1 %
		>>>	31 > 250 leu/μl	11 %
	(63) Sysmex		1 Negativní	0,37 %
		>	4 10 - 50 leu/μl	1,5 %
		>>>	4 51 - 250 leu/μl	1,5 %
		>>>	3 > 250 leu/μl	1,1 %
	(113) SEKK	>>>	2 51 - 250 leu/μl	0,73 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 51 - 250 leu/μl	0,37 %
	(150) Arkray	>	1 10 - 50 leu/μl	0,37 %
		>>>	25 51 - 250 leu/μl	9,2 %
		>>>	44 > 250 leu/μl	16 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	3 51 - 250 leu/μl	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	>	2 10 - 50 leu/μl	0,73 %
		>>>	21 51 - 250 leu/μl	7,7 %
		>>>	11 > 250 leu/μl	4,0 %
	(197) Analyticon	>	2 10 - 50 leu/μl	0,73 %
		>>>	2 51 - 250 leu/μl	0,73 %
	(201) Iris Diagnostics; (223) Iris iChem Velocity	±	4 Negativní	1,5 %
		±	1 10 - 50 leu/μl	0,37 %
		±	2 51 - 250 leu/μl	0,73 %
	(202) Dirui		1 Negativní	0,37 %
		>	1 10 - 50 leu/μl	0,37 %
		>>>	9 51 - 250 leu/μl	3,3 %
		>>>	30 > 250 leu/μl	11 %
	(207) 77 Elektronika Kft.		1 Negativní	0,37 %
		>	2 10 - 50 leu/μl	0,73 %
		>>>	12 51 - 250 leu/μl	4,4 %
		>>>	9 > 250 leu/μl	3,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 51 - 250 leu/μl	1,1 %
		>>>	1 > 250 leu/μl	0,37 %
----- Celkem za vzorek: n = 273 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 99 % -----				
B	(5) Dialab	>>>	2 Negativní	0,73 %
	(6) APR	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	4 Negativní	1,5 %
	(18) Cormay	>>>	3 Negativní	1,1 %
	(46) Erba Lachema	>>>	12 Negativní	4,4 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Negativní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	46 Negativní	17 %
	(63) Sysmex	>>>	12 Negativní	4,4 %
	(113) SEKK	>>>	2 Negativní	0,73 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Negativní	0,37 %
	(150) Arkray	>>>	70 Negativní	26 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	3 Negativní	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	34 Negativní	12 %
	(197) Analyticon	>>>	4 Negativní	1,5 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	7 Negativní	2,6 %
	(202) Dirui	>>>	41 Negativní	15 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>>	24 Negativní	8,8 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Negativní	1,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 273 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 99 %				
<b>(272) Krev</b>				
A	(5) Dialab		1 5 - 12 ery/μl	0,31 %
		>>>	1 > 50 ery/μl	0,31 %
	(12) Beckman Coulter	>	1 13 - 50 ery/μl	0,31 %
		>>>	3 > 50 ery/μl	0,94 %
	(18) Cormay	>>>	3 > 50 ery/μl	0,94 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(46) Erba Lachema	> 1	13 - 50 ery/ $\mu$ l	0,31 %
		>>> 50	> 50 ery/ $\mu$ l	16 %
	(49) BioVendor	>>> 3	> 50 ery/ $\mu$ l	0,94 %
	(60) Roche	>>> 45	> 50 ery/ $\mu$ l	14 %
	(63) Sysmex	>>> 12	> 50 ery/ $\mu$ l	3,8 %
	(113) SEKK	> 1	13 - 50 ery/ $\mu$ l	0,31 %
		>>> 1	> 50 ery/ $\mu$ l	0,31 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	> 50 ery/ $\mu$ l	0,31 %
	(150) Arkray	3	5 - 12 ery/ $\mu$ l	0,94 %
		> 9	13 - 50 ery/ $\mu$ l	2,8 %
		>>> 60	> 50 ery/ $\mu$ l	19 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	> 50 ery/ $\mu$ l	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	> 2	13 - 50 ery/ $\mu$ l	0,63 %
		>>> 33	> 50 ery/ $\mu$ l	10 %
	(197) Analyticon	> 1	13 - 50 ery/ $\mu$ l	0,31 %
		>>> 3	> 50 ery/ $\mu$ l	0,94 %
	(201) Iris Diagnostics	> 1	13 - 50 ery/ $\mu$ l	0,31 %
		>>> 7	> 50 ery/ $\mu$ l	2,2 %
	(202) Dirui	> 8	13 - 50 ery/ $\mu$ l	2,5 %
		>>> 35	> 50 ery/ $\mu$ l	11 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	> 1	13 - 50 ery/ $\mu$ l	0,31 %
		>>> 23	> 50 ery/ $\mu$ l	7,2 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	> 50 ery/ $\mu$ l	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní	0,94 %
	(46) Erba Lachema	>>> 50	Negativní	16 %
		1	5 - 12 ery/ $\mu$ l	0,31 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	0,94 %
	(60) Roche	>>> 45	Negativní	14 %
	(63) Sysmex	>>> 12	Negativní	3,8 %
	(113) SEKK	>>> 2	Negativní	0,63 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 72	Negativní	23 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	Negativní	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 34	Negativní	11 %
		1	5 - 12 ery/ $\mu$ l	0,31 %
	(197) Analyticon	>>> 4	Negativní	1,3 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 7	Negativní	2,2 %
		1	5 - 12 ery/ $\mu$ l	0,31 %
	(202) Dirui	>>> 40	Negativní	13 %
		3	5 - 12 ery/ $\mu$ l	0,94 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 24	Negativní	7,5 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	1,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 98 % -----				
----- Celková úspěšnost: 97 % -----				

**(273) pH**

A	(5) Dialab	>>> 2	7,0	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	6,5	1,3 %
	(18) Cormay	>>> 3	6,5	0,94 %
	(46) Erba Lachema	> 1	5,5	0,31 %
		> 3	6,0	0,94 %
		>>> 5	6,5	1,6 %
		>>> 40	7,0	13 %
		> 1	7,5	0,31 %
		1	9,0	0,31 %
	(49) BioVendor	>>> 3	6,5	0,94 %
	(60) Roche	>>> 45	7,0	14 %
	(63) Sysmex	>>> 12	7,0	3,8 %
	(113) SEKK	>>> 1	6,5	0,31 %
		>>> 1	7,0	0,31 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	6,5	0,31 %
	(150) Arkray	>>> 2	6,5	0,63 %
		>>> 67	7,0	21 %
		> 3	7,5	0,94 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 6	6,5	1,9 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 1	6,5	0,31 %
		>>> 32	7,0	10 %
		> 1	7,5	0,31 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(179) Siemens (Bayer)	1	8,5	0,31 %
	(197) Analyticon	>	1 6,0	0,31 %
		>>>	4 6,5	1,3 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	5 6,5	1,6 %
		>>>	3 7,0	0,94 %
	(202) Dirui	>	3 6,0	0,94 %
		>>>	22 6,5	6,9 %
		>>>	17 7,0	5,3 %
		>	1 7,5	0,31 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>	2 6,0	0,63 %
		>>>	20 6,5	6,3 %
		>	1 7,5	0,31 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 6,5	0,94 %
		>>>	1 7,0	0,31 %
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 99 % -----				
B	(5) Dialab	>>>	2 6,5	0,63 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	4 6,5	1,3 %
	(18) Cormay	>	2 5,0	0,63 %
		>>>	1 6,0	0,31 %
	(46) Erba Lachema	>	4 5,0	1,3 %
		>	2 5,5	0,63 %
		>>>	32 6,0	10 %
		>>>	13 6,5	4,1 %
	(49) BioVendor	>>>	3 6,5	0,94 %
	(60) Roche	>>>	3 6,0	0,94 %
		>>>	28 6,5	8,8 %
		>	14 7,0	4,4 %
	(63) Sysmex	>>>	3 6,0	0,94 %
		>>>	9 6,5	2,8 %
	(113) SEKK	>>>	2 6,0	0,63 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 6,0	0,31 %
	(150) Arkray	>>>	4 6,0	1,3 %
		>>>	67 6,5	21 %
		>	1 7,0	0,31 %
	(161) YD Diagnostics	>	1 5,5	0,31 %
		>>>	4 6,0	1,3 %
		>>>	1 6,5	0,31 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	6 6,0	1,9 %
		>>>	25 6,5	7,8 %
		>	4 7,0	1,3 %
	(197) Analyticon	>	1 5,0	0,31 %
		>>>	4 6,0	1,3 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	8 6,5	2,5 %
	(202) Dirui	>	2 5,5	0,63 %
		>>>	17 6,0	5,3 %
		>>>	23 6,5	7,2 %
		>	1 7,0	0,31 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>	1 5,5	0,31 %
	>>>	5 6,0	1,6 %	
	>>>	17 6,5	5,3 %	
(999) jiný výrobce	>	1 5,0	0,31 %	
	>>>	2 6,0	0,63 %	
	>>>	1 6,5	0,31 %	
----- Celkem za vzorek: n = 319 ----- Úspěšnost: 100 % -----				
Celková úspěšnost: 99 %				

**(274) Nitrity**

A	(5) Dialab	>>>	2 Pozitivní	0,72 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	4 Pozitivní	1,4 %
	(18) Cormay	>>>	3 Pozitivní	1,1 %
	(46) Erba Lachema	>>>	13 Pozitivní	4,7 %
	(49) BioVendor	>>>	3 Pozitivní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	44 Pozitivní	16 %
	(63) Sysmex	>>>	12 Pozitivní	4,3 %
	(113) SEKK	>>>	2 Pozitivní	0,72 %
	(125) DOT Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	0,36 %
	(150) Arkray	>>>	72 Pozitivní	26 %
	(161) YD Diagnostics	>>>	4 Pozitivní	1,4 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	35 Pozitivní	13 %
	(197) Analyticon	>>>	4 Pozitivní	1,4 %
	(201) Iris Diagnostics	>>>	7 Pozitivní	2,5 %

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(202) Dirui	2	Negativní	0,72 %
		>>> 41	Pozitivní	15 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 23	Pozitivní	8,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Pozitivní	1,4 %
	Celkem za vzorek: n = 276		Úspěšnost: 99 %	
B	(5) Dialab	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(18) Cormay	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(46) Erba Lachema	>>> 13	Negativní	4,7 %
	(49) BioVendor	>>> 3	Negativní	1,1 %
	(60) Roche	>>> 44	Negativní	16 %
	(63) Sysmex	>>> 12	Negativní	4,3 %
	(113) SEKK	>>> 2	Negativní	0,72 %
	(125) DOT Diagnostics	>>> 1	Negativní	0,36 %
	(150) Arkray	>>> 72	Negativní	26 %
	(161) YD Diagnostics	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 35	Negativní	13 %
	(197) Analyticon	>>> 4	Negativní	1,4 %
	(201) Iris Diagnostics	>>> 7	Negativní	2,5 %
	(202) Dirui	>>> 43	Negativní	16 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 23	Negativní	8,3 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	1,4 %
Celkem za vzorek: n = 276		Úspěšnost: 100 %		

Celková úspěšnost: 99 %

**(275) hCG**

A	(5) Dialab	>>> 4	Pozitivní	22 %
	(17) Biogema	>>> 3	Pozitivní	17 %
	(18) Cormay	1	Neuvedeno	5,6 %
	(32) Human	>>> 1	Pozitivní	5,6 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	5,6 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	5,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 1	Pozitivní	5,6 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	1	Negativní	5,6 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Pozitivní	28 %
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 89 %		
B	(5) Dialab	>>> 3	Negativní	17 %
		1	Pozitivní	5,6 %
	(17) Biogema	>>> 3	Negativní	17 %
	(18) Cormay	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(32) Human	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 1	Negativní	5,6 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	>>> 1	Negativní	5,6 %
(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	28 %	
Celkem za vzorek: n = 18		Úspěšnost: 94 %		

Celková úspěšnost: 83 %

**(276) Specifická hmotnost**

A	(5) Dialab	± 1	1,010	0,38 %
		± 1	1,015	0,38 %
	(12) Beckman Coulter	± 5	1,020	1,9 %
	(18) Cormay	± 3	1,020	1,1 %
	(46) Erba Lachema	± 6	1,005	2,3 %
		± 5	1,010	1,9 %
		± 2	1,015	0,77 %
	(49) BioVendor	± 1	1,020	0,38 %
		± 2	1,025	0,77 %
	(60) Roche	± 8	1,005	3,1 %
		± 11	1,010	4,2 %
		± 5	1,015	1,9 %
		± 14	1,020	5,4 %
		± 2	1,025	0,77 %
	(63) Sysmex	± 7	1,020	2,7 %
	± 5	1,025	1,9 %	
(113) SEKK	± 1	1,020	0,38 %	
	± 1	1,025	0,38 %	
(150) Arkray	± 1	1,010	0,38 %	
	± 15	1,015	5,7 %	
	± 36	1,020	14 %	



Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(150) Arkray	± 15	1,025	5,7 %
		± 1	1,030	0,38 %
	(161) YD Diagnostics	± 1	1,020	0,38 %
		± 3	1,025	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	± 5	1,015	1,9 %
		± 24	1,020	9,2 %
		± 3	1,025	1,1 %
		± 1	1,030	0,38 %
	(197) Analyticon	± 3	1,010	1,1 %
	(201) Iris Diagnostics	± 3	1,015	1,1 %
		± 4	1,020	1,5 %
	(202) Dirui	± 1	1,015	0,38 %
		± 21	1,020	8,0 %
		± 15	1,025	5,7 %
		± 4	1,030	1,5 %
	(207) 77 Elektronika Kft.	± 1	Neuvedeno	0,38 %
		± 2	1,010	0,77 %
		± 1	1,015	0,38 %
		± 6	1,020	2,3 %
		± 13	1,025	5,0 %
± 2		1,020	0,77 %	
----- Celkem za vzorek: n = 261 ----- Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit -----				
B	(5) Dialab	> 1	1,005	0,38 %
		>>> 1	1,010	0,38 %
	(12) Beckman Coulter	>>> 5	1,010	1,9 %
		(18) Cormay	> 2	1,015
	1		1,020	0,38 %
	(46) Erba Lachema	1	1,000	0,38 %
		> 6	1,005	2,3 %
		>>> 5	1,010	1,9 %
		1	1,020	0,38 %
	(49) BioVendor	>>> 3	1,010	1,1 %
	(60) Roche	> 9	1,005	3,4 %
		>>> 24	1,010	9,2 %
		> 7	1,015	2,7 %
		(63) Sysmex	> 5	1,005
	>>> 7		1,010	2,7 %
	(113) SEKK	2	1,020	0,77 %
	(150) Arkray	2	1,000	0,77 %
		> 11	1,005	4,2 %
		>>> 51	1,010	20 %
		> 3	1,015	1,1 %
		1	1,020	0,38 %
		(161) YD Diagnostics	>>> 3	1,010
	> 1		1,015	0,38 %
	(179) Siemens (Bayer)	1	1,000	0,38 %
		> 11	1,005	4,2 %
		>>> 12	1,010	4,6 %
		> 9	1,015	3,4 %
	(197) Analyticon	> 3	1,005	1,1 %
	(201) Iris Diagnostics	> 1	1,005	0,38 %
		>>> 6	1,010	2,3 %
	(202) Dirui	1	1,000	0,38 %
		> 13	1,005	5,0 %
	>>> 24	1,010	9,2 %	
	> 3	1,015	1,1 %	
(207) 77 Elektronika Kft.	> 1	1,005	0,38 %	
	>>> 18	1,010	6,9 %	
	> 4	1,015	1,5 %	
	(999) jiný výrobce	> 1	1,005	0,38 %
> 1		1,015	0,38 %	
----- Celkem za vzorek: n = 261 ----- Úspěšnost: 96 % -----				