

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(261) Glukóza				
A	Všechny výsledky	>>> 10	11,1 - 28 mmol/l	45 %
		>>> 12	> 28 mmol/l	55 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 17	Negativní, normální, ≤ 2,8 mmol/l	77 %
		> 5	2,81 - 11 mmol/l	23 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(263) Ketony

A	Všechny výsledky	>>> 12	1+, 2+	55 %
		>>> 10	3+, 4+	45 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní, ≤ 0,5 mmol/l	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(264) Celková bílkovina

A	Všechny výsledky	>>> 10	0,51 - 2,5 g/l	45 %
		>>> 12	> 2,5 g/l	55 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní, < 0,3 g/l	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(266) Urobilinogen

A	Všechny výsledky	>>> 5	1+, 2+	23 %
		>>> 17	3+, 4+	77 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní, < 17 μmol/l	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(268) Bilirubin

A	Všechny výsledky	> 4	1+, 2+	19 %
		>>> 17	3+, 4+	81 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 21	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(270) Leukocyty

A	Všechny výsledky (bez samostatných skupin)	>>> 6	51 - 250 leu/μl	29 %
		>>> 12	> 250 leu/μl	57 %
	(223) Iris iChem Velocity	± 2	Negativní	9,5 %
		± 1	51 - 250 leu/μl	4,8 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 21	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost (jen hodnocené zkoušky): 100 %				

(272) Krev

A	Všechny výsledky	1	5 - 12 ery/μl	4,5 %
		>>> 21	> 50 ery/μl	95 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 95 %		
B	Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

(273) pH

A	Všechny výsledky	>>> 5	6,5	23 %
		>>> 17	7,0	77 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	> 2	5,0	9,1 %
		>>> 1	6,0	4,5 %
		>>> 17	6,5	77 %
		> 2	7,0	9,1 %
	Celkem za vzorek: n = 22	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(274) Nitrity				
A	Všechny výsledky	>>> 21	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 21	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 21	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(275) hCG

A	Všechny výsledky	>>> 5	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
B	Všechny výsledky	>>> 5	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 5	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(276) Specifická hmotnost

A	Všechny výsledky	± 2	1,005	11 %
		± 4	1,010	22 %
		± 2	1,015	11 %
		± 7	1,020	39 %
		± 2	1,025	11 %
		± 1	1,030	5,6 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		
B	Všechny výsledky	>	5 1,005	28 %
		>>>	10 1,010	56 %
		>	3 1,015	17 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %		

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 07.12.2017