

Cyklus EHK: FC2/17 - Kalprotektin ve stolici

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(223) Kalprotektin					51							51	30	59%
Vzorky a skupiny	[µg/g]													
Vzorek A		219	100	45	51	CVP	219	35	50%	109	329	51	36	71%
Všechny výsledky		219	100	45	51	2						51		
Vzorek B		202	92	45	51	CVP	202	33	50%	101	303	51	33	65%
Všechny výsledky		202	92	45	51	3						51		
st_kn_p														Vytištěno: 04.10.2017

Konec sestavy

Vytlačeno: 04.10.2017