

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: FOB2/17 - Okultní krvácení

Stop termín: 29.09.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U_{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(107) Hemoglobin					88							87	63	72%
Vzorky a skupiny	[µg/g]													
Vzorek A		42,1	16	37	88							87	72	83%
(57) Orion		30,6	11	36	22	0	CVPG	30,6	5,8	20%	24,4	36,8	22	
(116) Sentinel Diagnostics		54,2	5,0	9,1	40	0	CVPG	54,2	1,9	20%	43,3	65,1	40	
(208) Eiken		30,8	2,9	9,5	25	0	CVPG	30,8	1,4	20%	24,6	37	25	
Ostatní					1	0							0	
														1x 999
Vzorek B		116	37	32	88							87	71	82%
(57) Orion		83,4	25	29	22	2	CVPG	83,4	13	20%	66,7	101	22	
(116) Sentinel Diagnostics		148	17	12	40	0	CVPG	148	6,7	20%	118	178	40	
(208) Eiken		94,0	5,5	5,8	25	0	CVPG	94	2,7	20%	75,2	113	25	
Ostatní					1	0							0	
														1x 999

st_kn_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 04.10.2017