

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: systém)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: GHP3/17 - Glykovaný hemoglobin POCT

Stop termín: 16.11.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost						Návaznost														
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(102) Hemoglobin A1c	[mmol/mol]				71							0								71	60	85%
----- Vzorky a skupiny -----																						
Vzorek A		78,5	6,1	7,8	71							0		CRV	72,6	1,0	16%	60,9	84,3	71	61	86%
(144) Infopia Clover		81,3	3,0	3,7	50	1														50		
(145) Quotient Quo-Test, Quo-Lab		70,1	4,4	6,2	8	0														8		
Ostatní					13	0														13		
														2x 140, 4x 142, 3x 143, 4x 147								
Vzorek B		51,4	3,1	6,0	71							0		CRV	48,1	1,0	16%	40,4	55,8	71	66	93%
(144) Infopia Clover		52,5	2,0	3,9	50	0														50		
(145) Quotient Quo-Test, Quo-Lab		47,2	1,7	3,6	8	0														8		
Ostatní					13	0														13		
														2x 140, 4x 142, 3x 143, 4x 147								

st_kn_np

Konec sestavy

Vytlačeno: 23.11.2017