

| | | |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek | N ... počet výsledků |
| | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
| | ± ... označuje nehodnocený výsledek | |

Zkouška

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N _{rel} |
|--------|---------|---|----------|------------------|
|--------|---------|---|----------|------------------|

Sada vzorků 3**(488) APC - rezistence**

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A3 | (1) Koagulační stanovení | >>> | 58 | Pozitivní | 97 % |
| | (2) Chromogenní substráty | >>> | 2 | Pozitivní | 3,3 % |
| Celkem za vzorek: n = 60 | | Úspěšnost: 100 % | | | |
| Celková úspěšnost: 100 % | | | | | |

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 09.11.2017