

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 3**(488) APC - rezistence**

A3	(38) IL	>>> 12	Pozitivní	20 %
	(51) Technoclone	>>> 2	Pozitivní	3,3 %
	(102) Chromogenix	>>> 2	Pozitivní	3,3 %
	(149) Siemens (Dade)	>>> 21	Pozitivní	35 %
	(159) Grifols	>>> 1	Pozitivní	1,7 %
	(192) Pentapharm	>>> 21	Pozitivní	35 %
	(193) HYPHEN BioMed	>>> 1	Pozitivní	1,7 %

Celkem za vzorek: n = 60

Úspěšnost: 100 %

Celková úspěšnost: 100 %