

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(472) anti-GAD</b>				
A	(2) EIA metody	>>> 22	Pozitivní	71 %
	(3) RIA, IRMA	1	Negativní	3,2 %
		>>> 8	Pozitivní	26 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 97 %		
B	(2) EIA metody	>>> 22	Negativní	71 %
	(3) RIA, IRMA	>>> 8	Negativní	26 %
		1	Pozitivní	3,2 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

**(474) anti-IA-2**

A	(2) EIA metody	>>> 21	Negativní	81 %
	(3) RIA, IRMA	>>> 5	Negativní	19 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
B	(2) EIA metody	± 10	Negativní	38 %
		± 4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	15 %
	(3) RIA, IRMA	± 7	Pozitivní	27 %
		± 5	Negativní	19 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		

st\_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 05.10.2017