

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(472) anti-GAD</b>				
A	(12) Beckman Coulter	>>>	1 Pozitivní	3,2 %
	(36) Immunotech	>>>	4 Pozitivní	13 %
	(49) BioVendor	>>>	2 Pozitivní	6,5 %
	(66) DRG	>>>	3 Pozitivní	9,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	13 Pozitivní	42 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	2 Pozitivní	6,5 %
	(185) Cisbio		1 Negativní	3,2 %
		>>>	3 Pozitivní	9,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Pozitivní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 97 %		
B	(12) Beckman Coulter	>>>	1 Negativní	3,2 %
	(36) Immunotech	>>>	4 Negativní	13 %
	(49) BioVendor	>>>	2 Negativní	6,5 %
	(66) DRG	>>>	3 Negativní	9,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	13 Negativní	42 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	2 Negativní	6,5 %
	(185) Cisbio		3 Negativní	9,7 %
			1 Pozitivní	3,2 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	6,5 %
Celkem za vzorek: n = 31		Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				

**(474) anti-IA-2**

A	(36) Immunotech	>>>	3 Negativní	12 %
	(49) BioVendor	>>>	2 Negativní	7,7 %
	(66) DRG	>>>	2 Negativní	7,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	12 Negativní	46 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	1 Negativní	3,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	3,8 %
	(185) Cisbio	>>>	2 Negativní	7,7 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	12 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost: 100 %		
B	(36) Immunotech	±	3 Negativní	12 %
	(49) BioVendor	±	2 Negativní	7,7 %
	(66) DRG	±	2 Negativní	7,7 %
	(87) Euroimmun	±	4 Negativní	15 %
		±	4 Neprůkazný výsledek (hraniční)	15 %
		±	4 Pozitivní	15 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	±	1 Pozitivní	3,8 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	±	1 Pozitivní	3,8 %
	(185) Cisbio	±	2 Negativní	7,7 %
	(999) jiný výrobce	±	2 Negativní	7,7 %
		±	1 Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 26		Úspěšnost (jen hodnocené výsledky): nelze hodnotit		