

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(259) HLA-B27				
A	(12) Beckman Coulter	>>> 45	Negativní	69 %
	(88) Becton Dickinson	>>> 20	Negativní	31 %
----- Celkem za vzorek: n = 65		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
B	(12) Beckman Coulter	2	Neuvedeno	3,1 %
		3	Negativní	4,6 %
		> 5	Neprůkazný výsledek (hraniční)	7,7 %
		>>> 35	Pozitivní	54 %
	(88) Becton Dickinson	2	Negativní	3,1 %
		> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
		>>> 17	Pozitivní	26 %
----- Celkem za vzorek: n = 65		----- Úspěšnost: 89 %	-----	
Celková úspěšnost: 89 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 01.11.2017