

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(259) HLA-B27</b>				
A	(12) Beckman Coulter	>>> 37	Negativní	57 %
	(36) Immunotech	>>> 2	Negativní	3,1 %
	(88) Becton Dickinson	>>> 25	Negativní	38 %
	(190) Exbio Praha	>>> 1	Negativní	1,5 %
	Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 100 %	
B	(12) Beckman Coulter	2	Neuvedeno	3,1 %
		3	Negativní	4,6 %
		> 5	Neprůkazný výsledek (hraniční)	7,7 %
		>>> 27	Pozitivní	42 %
	(36) Immunotech	>>> 2	Pozitivní	3,1 %
	(88) Becton Dickinson	2	Negativní	3,1 %
		> 1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,5 %
	(190) Exbio Praha	>>> 22	Pozitivní	34 %
	>>> 1	Pozitivní	1,5 %	
Celkem za vzorek: n = 65		Úspěšnost: 89 %		
Celková úspěšnost: 89 %				