

## Cyklus EHK: IFT2/17 - Imunofenotypizace

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]						Srovnatelnost							
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(253) CD 3+ T lymfocyty</b>					100							100	82	82%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		53,5	1,7	3,2	100	CVP	53,5	0,42	7%	49,7	57,3	100	84	84%
Všechny výsledky		53,5	1,7	3,2	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		71,3	1,8	2,5	100	CVP	71,3	0,44	7%	66,3	76,3	100	96	96%
Všechny výsledky		71,3	1,8	2,5	100	0						100		
<b>(254) CD 4+ T lymfocyty</b>					100							100	88	88%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		38,2	1,7	4,5	100	CVP	38,2	0,42	10%	34,3	42,1	100	90	90%
Všechny výsledky		38,2	1,7	4,5	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		46,7	1,5	3,3	100	CVP	46,7	0,38	10%	42	51,4	100	95	95%
Všechny výsledky		46,7	1,5	3,3	100	0						100		
<b>(255) CD 8+ T lymfocyty</b>					100							100	88	88%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		13,7	0,93	6,8	100	CVP	13,7	0,23	17%	11,3	16,1	100	92	92%
Všechny výsledky		13,7	0,93	6,8	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		20,0	1,5	7,3	100	CVP	20	0,36	17%	16,6	23,4	100	94	94%
Všechny výsledky		20,0	1,5	7,3	100	0						100		
<b>(256) B lymfocyty</b>					100							100	83	83%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		2,95	0,46	16	100	CVP	2,95	0,11	30%	2,06	3,84	100	87	87%
Všechny výsledky		2,95	0,46	16	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		12,9	1,2	9,2	100	CVP	12,9	0,29	30%	9,03	16,8	100	93	93%
Všechny výsledky		12,9	1,2	9,2	100	0						100		
<b>(257) NK buňky</b>					100							100	94	94%
Vzorky a skupiny	[%]													
<b>Vzorek A</b>		42,3	2,2	5,1	100	CVP	42,3	0,53	26%	31,3	53,3	100	98	98%
Všechny výsledky		42,3	2,2	5,1	100	0						100		
<b>Vzorek B</b>		13,7	1,5	11	100	CVP	13,7	0,37	26%	10,1	17,3	100	94	94%
Všechny výsledky		13,7	1,5	11	100	0						100		

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 01.11.2017