

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: IFT2/17 - Imunofenotypizace

Stop termín: 30.10.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(253) CD 3+ T lymfocyty	[%]				100							100	82	82%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		53,5	1,7	3,2	100	CVP	53,5	0,42	7%	49,7	57,3	100	84	84%
(12) Beckman Coulter		53,9	1,5	2,7	61	0						61		
(88) Becton Dickinson		52,8	2,2	4,1	39	0						39		
Vzorek B		71,3	1,8	2,5	100	CVP	71,3	0,44	7%	66,3	76,3	100	96	96%
(12) Beckman Coulter		71,4	1,5	2,1	61	0						61		
(88) Becton Dickinson		71,0	2,4	3,4	39	0						39		
(254) CD 4+ T lymfocyty	[%]				100							100	88	88%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		38,2	1,7	4,5	100	CVP	38,2	0,42	10%	34,3	42,1	100	90	90%
(12) Beckman Coulter		38,5	1,7	4,4	61	0						61		
(88) Becton Dickinson		37,8	1,7	4,6	39	0						39		
Vzorek B		46,7	1,5	3,3	100	CVP	46,7	0,38	10%	42	51,4	100	95	95%
(12) Beckman Coulter		46,9	1,2	2,5	61	0						61		
(88) Becton Dickinson		46,0	2,3	5,1	39	0						39		
(255) CD 8+ T lymfocyty	[%]				100							100	88	88%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		13,7	0,93	6,8	100	CVP	13,7	0,23	17%	11,3	16,1	100	92	92%
(12) Beckman Coulter		13,7	0,79	5,7	60	0						60		
(88) Becton Dickinson		13,6	1,2	8,8	40	0						40		
Vzorek B		20,0	1,5	7,3	100	CVP	20	0,36	17%	16,6	23,4	100	94	94%
(12) Beckman Coulter		19,7	1,3	6,8	60	0						60		
(88) Becton Dickinson		20,4	1,5	7,4	40	0						40		
(256) B lymfocyty	[%]				100							100	83	83%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		2,95	0,46	16	100	CVP	2,95	0,11	30%	2,06	3,84	100	87	87%
(12) Beckman Coulter		2,88	0,53	18	61	0						61		
(88) Becton Dickinson		3,04	0,33	11	39	0						39		
Vzorek B		12,9	1,2	9,2	100	CVP	12,9	0,29	30%	9,03	16,8	100	93	93%
(12) Beckman Coulter		12,6	1,4	11	61	0						61		
(88) Becton Dickinson		13,3	0,87	6,5	39	0						39		
(257) NK buňky	[%]				100							100	94	94%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A		42,3	2,2	5,1	100	CVP	42,3	0,53	26%	31,3	53,3	100	98	98%
(12) Beckman Coulter		41,8	1,9	4,4	61	0						61		
(88) Becton Dickinson		42,9	2,3	5,3	39	0						39		
Vzorek B		13,7	1,5	11	100	CVP	13,7	0,37	26%	10,1	17,3	100	94	94%
(12) Beckman Coulter		13,4	1,4	10	61	0						61		
(88) Becton Dickinson		14,2	1,6	12	39	0						39		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 01.11.2017