

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost														
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}		
(253) CD 3+ T lymfocyty						31							31	29	94%	
Vzorky a skupiny	[%]															
Vzorek A		53,6	1,6	2,9	31		CVP	53,5	0,42	7%	49,7	57,3	31	30	97%	
Všechny výsledky		53,6	1,6	2,9	31	0							31			
Vzorek B		71,6	1,5	2,1	31		CVP	71,3	0,44	7%	66,3	76,3	31	30	97%	
Všechny výsledky		71,6	1,5	2,1	31	0							31			
(254) CD 4+ T lymfocyty						31							31	30	97%	
Vzorky a skupiny	[%]															
Vzorek A		38,2	1,5	4,0	31		CVP	38,2	0,42	10%	34,3	42,1	31	31	100%	
Všechny výsledky		38,2	1,5	4,0	31	0							31			
Vzorek B		47,1	1,5	3,1	31		CVP	46,7	0,38	10%	42	51,4	31	30	97%	
Všechny výsledky		47,1	1,5	3,1	31	0							31			
(255) CD 8+ T lymfocyty						31							31	27	87%	
Vzorky a skupiny	[%]															
Vzorek A		13,6	0,88	6,5	31		CVP	13,7	0,23	17%	11,3	16,1	31	29	94%	
Všechny výsledky		13,6	0,88	6,5	31	0							31			
Vzorek B		19,8	1,4	7,2	31		CVP	20	0,36	17%	16,6	23,4	31	29	94%	
Všechny výsledky		19,8	1,4	7,2	31	0							31			
(256) B lymfocyty						31							31	28	90%	
Vzorky a skupiny	[%]															
Vzorek A		2,88	0,41	14	31		CVP	2,95	0,11	30%	2,06	3,84	31	28	90%	
Všechny výsledky		2,88	0,41	14	31	0							31			
Vzorek B		12,7	1,2	9,3	31		CVP	12,9	0,29	30%	9,03	16,8	31	31	100%	
Všechny výsledky		12,7	1,2	9,3	31	0							31			
(257) NK buňky						31							31	31	100%	
Vzorky a skupiny	[%]															
Vzorek A		41,9	2,1	5,1	31		CVP	42,3	0,53	26%	31,3	53,3	31	31	100%	
Všechny výsledky		41,9	2,1	5,1	31	0							31			
Vzorek B		13,5	1,6	12	31		CVP	13,7	0,37	26%	10,1	17,3	31	31	100%	
Všechny výsledky		13,5	1,6	12	31	0							31			