

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

**Sada vzorků 1****(420) Anti-gliadin IgG (nativní)**

A1	Všechny výsledky	>>>	18	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	18	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(421) Anti-gliadin IgA (nativní)**

A1	Všechny výsledky	>>>	18	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	18	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

**(594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný)**

A1	Všechny výsledky	>>>	74	Negativní	99 %
			1	Pozitivní	1,3 %
	Celkem za vzorek: n = 75	Úspěšnost: 99 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	73	Pozitivní	97 %
			2	Negativní	2,7 %
	Celkem za vzorek: n = 75	Úspěšnost: 97 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

**(595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný)**

A1	Všechny výsledky	>>>	70	Negativní	97 %
			2	Pozitivní	2,8 %
	Celkem za vzorek: n = 72	Úspěšnost: 97 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	71	Pozitivní	99 %
			1	Negativní	1,4 %
	Celkem za vzorek: n = 72	Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 97 %					

**Sada vzorků 2****(424) Anti-endomyzium IgA**

A2	Všechny výsledky	>>>	67	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 67	Úspěšnost: 100 %			
B2	Všechny výsledky	>>>	66	Pozitivní	99 %
			1	Negativní	1,5 %
	Celkem za vzorek: n = 67	Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 99 %					

**(425) Anti-transglutamináza IgA**

A2	Všechny výsledky	>>>	79	Negativní	98 %
			2	Pozitivní	2,5 %
	Celkem za vzorek: n = 81	Úspěšnost: 98 %			
B2	Všechny výsledky	>>>	79	Pozitivní	98 %
			2	Negativní	2,5 %
	Celkem za vzorek: n = 81	Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 96 %					

**Sada vzorků 3****(422) Anti-kravské mléko IgG**

A3	Všechny výsledky	>>>	54	Pozitivní	96 %
			2	Negativní	3,6 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 96 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	54	Negativní	96 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,8 %
			1	Pozitivní	1,8 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 96 %			
Celková úspěšnost: 93 %					

**(423) Anti-kravské mléko IgA**

A3	Všechny výsledky	>>>	52	Pozitivní	93 %
			4	Negativní	7,1 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 93 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	56	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 56	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 93 %					

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

**Sada vzorků 4****(592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA**

A4	Všechny výsledky	>>> 57	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 57		----- Úspěšnost: 100 %		
B4	Všechny výsledky	1	Negativní	1,8 %
		>>> 56	Pozitivní	98 %
----- Celkem za vzorek: n = 57		----- Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG**

A4	Všechny výsledky	>>> 50	Negativní	98 %
		1	Pozitivní	2,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 51		----- Úspěšnost: 98 %		
B4	Všechny výsledky	>>> 51	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 51		----- Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

st\_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 11.11.2017