

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(420) Anti-gliadin IgG (nativní)**

A1	Všechny výsledky	>>>	3	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	3	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(421) Anti-gliadin IgA (nativní)

A1	Všechny výsledky	>>>	3	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	3	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 3	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 100 %					

(594) Anti-gliadin IgG (deamidovaný)

A1	Všechny výsledky	>>>	18	Negativní	95 %
			1	Pozitivní	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 95 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	17	Pozitivní	89 %
			2	Negativní	11 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 89 %			
Celková úspěšnost: 89 %					

(595) Anti-gliadin IgA (deamidovaný)

A1	Všechny výsledky	>>>	16	Negativní	89 %
			2	Pozitivní	11 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 89 %			
B1	Všechny výsledky	>>>	17	Pozitivní	94 %
			1	Negativní	5,6 %
	Celkem za vzorek: n = 18	Úspěšnost: 94 %			
Celková úspěšnost: 89 %					

Sada vzorků 2**(424) Anti-endomyzium IgA**

A2	Všechny výsledky	>>>	10	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 10	Úspěšnost: 100 %			
B2	Všechny výsledky	>>>	9	Pozitivní	90 %
			1	Negativní	10 %
	Celkem za vzorek: n = 10	Úspěšnost: 90 %			
Celková úspěšnost: 90 %					

(425) Anti-transglutamináza IgA

A2	Všechny výsledky	>>>	16	Negativní	94 %
			1	Pozitivní	5,9 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 94 %			
B2	Všechny výsledky	>>>	16	Pozitivní	94 %
			1	Negativní	5,9 %
	Celkem za vzorek: n = 17	Úspěšnost: 94 %			
Celková úspěšnost: 88 %					

Sada vzorků 3**(422) Anti-kravské mléko IgG**

A3	Všechny výsledky	>>>	13	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 100 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	11	Negativní	85 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	7,7 %
			1	Pozitivní	7,7 %
	Celkem za vzorek: n = 13	Úspěšnost: 85 %			
Celková úspěšnost: 85 %					

(423) Anti-kravské mléko IgA

A3	Všechny výsledky	>>>	13	Pozitivní	93 %
			1	Negativní	7,1 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 93 %			
B3	Všechny výsledky	>>>	14	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost: 100 %			
Celková úspěšnost: 93 %					

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 4**(592) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgA**

A4	Všechny výsledky	>>> 12	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 12		----- Úspěšnost: 100 %		
B4	Všechny výsledky	>>> 11	Negativní	8,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 12		----- Úspěšnost: 92 %		
Celková úspěšnost: 92 %				

(593) Anti-Saccharomyces cerevisiae IgG

A4	Všechny výsledky	>>> 9	Negativní	90 %
----- Celkem za vzorek: n = 10		----- Úspěšnost: 90 %		
B4	Všechny výsledky	>>> 10	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 10		----- Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 90 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 11.11.2017