

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost						Srovnatelnost								
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}		
Sada vzorků 1																
(536) Protrombinový test (CoaguChek)		[-]						114						114	105	92%
Vzorky a skupiny																
Vzorek A1		3,18	0,26	8,2	114		CVP	3,18	0,060	20%	2,54	3,82	114	108	95%	
Všechny výsledky		3,18	0,26	8,2	114	0							114			
Vzorek B1		3,46	0,23	6,6	114		CVP	3,46	0,052	20%	2,76	4,16	114	109	96%	
Všechny výsledky		3,46	0,23	6,6	114	0							114			
Sada vzorků 3																
(543) Protrombinový test (microINR)		[-]						26						26	23	88%
Vzorky a skupiny																
Vzorek A3		3,03	0,29	9,6	26		CVP	3,03	0,14	20%	2,42	3,64	26	25	96%	
Všechny výsledky		3,03	0,29	9,6	26	0							26			
Vzorek B3		2,05	0,15	7,4	26		CVP	2,05	0,074	20%	1,64	2,46	26	24	92%	
Všechny výsledky		2,05	0,15	7,4	26	1							26			
Sada vzorků 4																
(551) Protrombinový test (Coag-Sense)		[-]						1						1	1	100%
Vzorky a skupiny																
Vzorek A4		3,30			1		CVP	3,18	0,060	20%	2,54	3,82	1	1	100%	
Všechny výsledky		3,30			1	0							1			
Vzorek B4		3,40			1		CVP	3,46	0,053	20%	2,76	4,16	1	1	100%	
Všechny výsledky		3,40			1	0							1			
Sada vzorků 5																
(552) Protrombinový test (Xprecia)		[-]						14						14	13	93%
Vzorky a skupiny																
Vzorek A5		1,20	0,00	0,00	14		CVP	1,2		20%	0,96	1,44	14	13	93%	
Všechny výsledky		1,20	0,00	0,00	14	0							14			
Vzorek B5		3,09	0,083	2,7	14		CVP	3,09	0,054	20%	2,47	3,71	14	14	100%	
Všechny výsledky		3,09	0,083	2,7	14	0							14			

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 23.09.2017