

Souhrnná statistika - kvantitativní výsledky

(Skupiny: výrobce přístroje)

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: KD3/17 - Glykovaný hemoglobin

Stop termín: 15.09.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost					Návaznost																
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(220) Hemoglobin A1c	[mmol/mol]				204																204	195	96%
Vzorky a skupiny																							
Vzorek A		59,3	2,3	3,9	204															204	200	98%	
(14) Bio-Rad		60,2	2,1	3,5	56	0															56		
(25) TOSOH		58,5	1,7	2,9	71	0															71		
(60) Roche		60,6	2,1	3,5	18	0															18		
(150) Arkray		58,6	2,3	3,9	40	0															40		
Ostatní					19	0															19		

Vzorek B		33,6	1,9	5,6	204																204	195	96%
(14) Bio-Rad		33,8	1,7	4,9	56	0															56		
(25) TOSOH		33,3	1,5	4,4	71	0															71		
(60) Roche		35,2	2,7	7,6	18	0															18		
(150) Arkray		33,1	1,9	5,8	40	0															40		
Ostatní					19	0															19		
															4x 1, 1x 4, 2x 34, 2x 46, 1x 49, 1x 50, 2x 58, 1x 81, 2x 149, 1x 165, 1x 177, 1x 999								

st_kn_np

Konec sestavy

Vytlačeno: 22.09.2017