

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: LMWH2/17 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 27.10.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}	
(103) Nízkomolekulární heparin					111							111	97	87%	
Vzorky a skupiny	[IU/ml]														
Vzorek A		0,781	0,069	8,8	111		CVP	0,781	0,016	25%	0,585	0,977	111	110	99%
(38) IL		0,709	0,059	8,4	14	0							14		
(63) Sysmex		0,799	0,05	6,2	73	0							73		
(94) Stago		0,742	0,10	13	13	0							13		
(149) Siemens (Dade)		0,810	0,03	3,7	9	0							9		
Ostatní					2	0							2		
							1x 51, 1x 165								
Vzorek B		0,249	0,038	15	111		CVP	0,249	,0089	30%	0,174	0,324	111	97	87%
(38) IL		0,228	0,025	11	14	0							14		
(63) Sysmex		0,256	0,031	12	73	0							73		
(94) Stago		0,235	0,069	29	13	0							13		
(149) Siemens (Dade)		0,260	0,015	5,7	9	0							9		
Ostatní					2	0							2		
							1x 51, 1x 165								

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 09.11.2017