

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: LMWH2/17 - Nízkomolekulární heparin

Stop termín: 27.10.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>
<b>(103) Nízkomolekulární heparin</b>					11							11	8	73%
Vzorky a skupiny	[IU/ml]													
<b>Vzorek A</b>		0,802	0,092	12	11	CVP	0,781	0,016	25%	0,585	0,977	11	10	91%
(193) HYPHEN BioMed		0,845	0,067	7,9	7	0						7		
Ostatní					4	0						4		
							1x 38, 3x 149							
<b>Vzorek B</b>		0,270	0,056	21	11	CVP	0,249	,0089	30%	0,174	0,324	11	8	73%
(193) HYPHEN BioMed		0,290	0,059	20	7	0						7		
Ostatní					4	0						4		
							1x 38, 3x 149							

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 09.11.2017