

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1001) PAT (přímý Coombsův test)				
1	Všechny výsledky	1	Negativní	1,3 %
		>>> 41	Pozitivní (1+)	54 %
		>>> 30	Pozitivní (2+)	39 %
		> 4	Pozitivní (3+)	5,3 %
	Celkem za vzorek: n = 76	Úspěšnost: 99 %		
2	Všechny výsledky	> 27	Pozitivní (2+)	36 %
		>>> 47	Pozitivní (3+)	62 %
		> 2	Pozitivní (4+)	2,6 %
	Celkem za vzorek: n = 76	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

(1002) Typ senzibilizace anti-IgG

1	Všechny výsledky	>>> 28	Pozitivní (1+)	70 %
		>>> 11	Pozitivní (2+)	28 %
		> 1	Pozitivní (3+)	2,5 %
	Celkem za vzorek: n = 40	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	> 1	Pozitivní (1+)	2,5 %
		> 12	Pozitivní (2+)	30 %
		>>> 26	Pozitivní (3+)	65 %
		> 1	Pozitivní (4+)	2,5 %
	Celkem za vzorek: n = 40	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1003) Typ senzibilizace anti-IgA

1	Všechny výsledky	>>> 30	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 30	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1004) Typ senzibilizace anti-IgM

1	Všechny výsledky	>>> 30	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 30	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1005) Typ senzibilizace anti-C3c

1	Všechny výsledky	>>> 30	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 30	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 30	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1006) Typ senzibilizace anti-C3d

1	Všechny výsledky	>>> 37	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 37	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 37	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1008) Sl. aglut: Kvantifikace IgG-PAT

1	Všechny výsledky	> 5	Neuvedeno	26 %
		>>> 9	10	47 %
		> 5	Nelze hodnotit	26 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	> 1	10	5,3 %
		>>> 18	30	95 %
	Celkem za vzorek: n = 19	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(1009) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:1

1	Všechny výsledky	> 2	Neuvedeno	10 %
		>>> 17	Negativní	85 %
		1	Pozitivní (1+)	5,0 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 95 %		
2	Všechny výsledky	>>> 19	Negativní	95 %
		1	Pozitivní (2+)	5,0 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
(1010) Sl. aglut: Podtřída IgG1 1:100				
1	Všechny výsledky	> 2	Neuvedeno	10 %
		>>> 18	Negativní	90 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1011) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:1				
1	Všechny výsledky	> 2	Neuvedeno	10 %
		>>> 18	Negativní	90 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1012) Sl. aglut: Podtřída IgG3 1:100				
1	Všechny výsledky	> 2	Neuvedeno	10 %
		>>> 18	Negativní	90 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 20	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1014) Zk. test: Kvantifikace IgG-PAT				
1	Všechny výsledky	1	titr 8	50 %
		1	Nelze hodnotit	50 %
	Celkem za vzorek: n = 2	Úspěšnost: 0,00 %		
2	Všechny výsledky	2	titr 2	100 %
	Celkem za vzorek: n = 2	Úspěšnost: 0,00 %		
Celková úspěšnost: 0,00 %				
(1019) AB0 skupina				
1	Všechny výsledky	>>> 48	Krevní skupina: AB	100 %
	Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 48	Krevní skupina: A	100 %
	Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1020) Rh D antigen				
1	Všechny výsledky	>>> 47	Negativní (RhD-)	98 %
		1	Pozitivní (RhD+)	2,1 %
	Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost: 98 %		
2	Všechny výsledky	>>> 48	Pozitivní (RhD+)	100 %
	Celkem za vzorek: n = 48	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				
(1021) Antigen C				
1	Všechny výsledky	>>> 38	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 38	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 38	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 38	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(1022) Antigen c				
1	Všechny výsledky	>>> 38	Pozitivní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 38	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	>>> 37	Pozitivní	97 %
		1	Negativní	2,6 %
	Celkem za vzorek: n = 38	Úspěšnost: 97 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(1023) Antigen Cw				
1	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	2,9 %
		>>> 34	Negativní	97 %
	Celkem za vzorek: n = 35	Úspěšnost: 97 %		
2	Všechny výsledky	>>> 35	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 35	Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 97 %				
(1024) Antigen E				
1	Všechny výsledky	>>> 38	Negativní	100 %
	Celkem za vzorek: n = 38	Úspěšnost: 100 %		
2	Všechny výsledky	1	Neuvedeno	2,6 %
		>>> 36	Negativní	95 %
		1	Pozitivní	2,6 %

Zkouška	Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celkem za vzorek: n = 38 ----- Úspěšnost: 95 % -----					
Celková úspěšnost: 95 %					
(1025) Antigen e					
1		Všechny výsledky	>>> 38	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 38 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
2		Všechny výsledky	>>> 38	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 38 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 100 %					
(1026) Antigen K					
1		Všechny výsledky	>>> 38	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 38 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
2		Všechny výsledky	1 Negativní >>> 37 Pozitivní		2,6 % 97 %
----- Celkem za vzorek: n = 38 ----- Úspěšnost: 97 % -----					
Celková úspěšnost: 97 %					
(1027) Antigen k					
1		Všechny výsledky	>>> 22	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 22 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
2		Všechny výsledky	1 Negativní >>> 21 Pozitivní		4,5 % 95 %
----- Celkem za vzorek: n = 22 ----- Úspěšnost: 95 % -----					
Celková úspěšnost: 95 %					
(1028) Antigen M					
1		Všechny výsledky	>>> 24	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 24 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
2		Všechny výsledky	>>> 24	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 24 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 100 %					
(1029) Antigen N					
1		Všechny výsledky	>>> 22	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 22 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
2		Všechny výsledky	>>> 22	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 22 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 100 %					
(1030) Antigen S					
1		Všechny výsledky	>>> 21 Negativní 1 Pozitivní		95 % 4,5 %
----- Celkem za vzorek: n = 22 ----- Úspěšnost: 95 % -----					
2		Všechny výsledky	>>> 22	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 22 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 95 %					
(1031) Antigen s					
1		Všechny výsledky	1 Negativní >>> 15 Pozitivní		6,3 % 94 %
----- Celkem za vzorek: n = 16 ----- Úspěšnost: 94 % -----					
2		Všechny výsledky	>>> 16	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 16 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 94 %					
(1032) Antigen P1					
1		Všechny výsledky	>>> 21	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 21 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
2		Všechny výsledky	>>> 21	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 21 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 100 %					
(1033) Antigen Jka					
1		Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 25 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
2		Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 25 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 100 %					
(1034) Antigen Jkb					
1		Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 25 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
2		Všechny výsledky	>>> 25	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 25 ----- Úspěšnost: 100 % -----					
Celková úspěšnost: 100 %					

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
(1035) Antigen Lea				
1	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 20		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
2	Všechny výsledky	>>> 20	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 20		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
Celková úspěšnost: 100 %				

(1036) Antigen Leb

1	Všechny výsledky	>>> 19	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 19		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
2	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	95 %
		1	Pozitivní	5,3 %
----- Celkem za vzorek: n = 19		----- Úspěšnost: 95 %	-----	
Celková úspěšnost: 95 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 30.11.2017