

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1

(231) RF (screening)

A1	(1) Abbott	>>>	5	Pozitivní	3,3 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	1	Negativní	0,66 %
		>>>	10	Pozitivní	6,6 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	0,66 %
	(46) Erba Lachema	>>>	1	Pozitivní	0,66 %
	(49) BioVendor	>>>	2	Pozitivní	1,3 %
	(58) Beckman Coulter (Olympus)	>>>	2	Negativní	1,3 %
		>>>	34	Pozitivní	22 %
	(60) Roche	>>>	39	Pozitivní	26 %
	(70) Wako	>>>	3	Pozitivní	2,0 %
	(98) Fujirebio	>>>	3	Pozitivní	2,0 %
	(115) BioSystems	>>>	5	Pozitivní	3,3 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>>	4	Pozitivní	2,6 %
	(140) Test-Line	>>>	1	Pozitivní	0,66 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Pozitivní	0,66 %
	(149) Siemens (Dade)	>>>	13	Pozitivní	8,6 %
	(166) Thermo	>>>	1	Pozitivní	0,66 %
	(177) MINDRAY	>>>	4	Pozitivní	2,6 %
	(178) DiaSys	>>>	3	Pozitivní	2,0 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	18	Pozitivní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 152		Úspěšnost: 98 %			
B1	(1) Abbott	>>>	5	Negativní	3,3 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	10	Negativní	6,6 %
		>>>	1	Pozitivní	0,66 %
	(40) Ortho Clinical Diagnostics	>>>	1	Negativní	0,66 %
	(46) Erba Lachema	>>>	1	Negativní	0,66 %
	(49) BioVendor	>>>	2	Negativní	1,3 %
	(58) Beckman Coulter (Olympus)	>>>	35	Negativní	23 %
		>>>	1	Pozitivní	0,66 %
	(60) Roche	>>>	39	Negativní	26 %
	(70) Wako	>>>	3	Negativní	2,0 %
	(98) Fujirebio	>>>	3	Negativní	2,0 %
	(115) BioSystems	>>>	5	Negativní	3,3 %
	(116) Sentinel Diagnostics	>>>	4	Negativní	2,6 %
	(140) Test-Line	>>>	1	Negativní	0,66 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1	Negativní	0,66 %
	(149) Siemens (Dade)	>>>	13	Negativní	8,6 %
	(166) Thermo	>>>	1	Negativní	0,66 %
	(177) MINDRAY	>>>	4	Negativní	2,6 %
	(178) DiaSys	>>>	3	Negativní	2,0 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	18	Negativní	12 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	0,66 %
Celkem za vzorek: n = 152		Úspěšnost: 99 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

(233) Revmat. faktor IgG

A1	(5) Dialab	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	11	Pozitivní	27 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>>	16	Pozitivní	39 %
	(147) AIDA	>>>	3	Pozitivní	7,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6	Pozitivní	15 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 98 %			
B1	(5) Dialab	>>>	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,4 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Negativní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>>	11	Negativní	27 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,4 %
	(140) Test-Line	>>>	16	Negativní	39 %
	(147) AIDA	>>>	3	Negativní	7,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6	Negativní	15 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B1	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 95 %		
Celková úspěšnost: 93 %				

(234) Revmat. faktor IgA

A1	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 11	Pozitivní	27 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>> 16	Pozitivní	39 %
	(147) AIDA	>>> 3	Pozitivní	7,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
B1	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 11	Negativní	27 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>> 16	Negativní	39 %
	(147) AIDA	>>> 3	Negativní	7,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Negativní	15 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(235) Revmat. faktor IgM

A1	(5) Dialab	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 11	Pozitivní	27 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>> 16	Pozitivní	39 %
	(147) AIDA	>>> 3	Pozitivní	7,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Pozitivní	15 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Pozitivní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
B1	(5) Dialab	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(87) Euroimmun	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 11	Negativní	27 %
	(139) BL Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(140) Test-Line	>>> 16	Negativní	39 %
	(147) AIDA	>>> 3	Negativní	7,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 6	Negativní	15 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 1	Negativní	2,4 %
	(999) jiný výrobce	>>> 1	Negativní	2,4 %
Celkem za vzorek: n = 41		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

(277) anti-CCP IgG

A1	(1) Abbott	>>> 17	Pozitivní	24 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(29) Siemens (DPC)	>>> 7	Pozitivní	9,7 %
	(60) Roche	>>> 8	Pozitivní	11 %
	(87) Euroimmun	>>> 6	Pozitivní	8,3 %
	(115) BioSystems	>>> 1	Pozitivní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 6	Pozitivní	8,3 %
	(140) Test-Line	>>> 13	Pozitivní	18 %
	(147) AIDA	>>> 3	Pozitivní	4,2 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Pozitivní	2,8 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 2	Pozitivní	2,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Pozitivní	2,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Pozitivní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 72		Úspěšnost: 100 %		
B1	(1) Abbott	>>> 17	Negativní	24 %
	(14) Bio-Rad	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(29) Siemens (DPC)	>>> 7	Negativní	9,7 %
	(60) Roche	>>> 8	Negativní	11 %
	(87) Euroimmun	>>> 6	Negativní	8,3 %

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
B1	(115) BioSystems	>>> 1	Negativní	1,4 %
	(135) OrgenTec	>>> 6	Negativní	8,3 %
	(140) Test-Line	>>> 13	Negativní	18 %
	(147) AIDA	>>> 3	Negativní	4,2 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 2	Negativní	2,8 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>> 2	Negativní	2,8 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 2	Negativní	2,8 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	5,6 %
----- Celkem za vzorek: n = 72		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
Celková úspěšnost: 100 %				

(282) anti-MCV

A1	(135) OrgenTec	>>> 12	Pozitivní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 12		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
B1	(135) OrgenTec	>>> 12	Negativní	100 %
----- Celkem za vzorek: n = 12		----- Úspěšnost: 100 %	-----	
Celková úspěšnost: 100 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 04.10.2017