

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: RF2/17 - Diagnostika revmatoidní artritidy a ASLO

Stop termín: 22.09.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U _{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}

Sada vzorků 2

(237) anti-streptolysin O (ASLO)	[kIU/l]				142							126	121	96%
---	---------	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

Vzorky a skupiny

Vzorek A2	RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(1) Abbott	318	19	6,1	10	0	CVPG	318	15	24%	241	395	10	
(12) Beckman Coulter	343	42	12	13	0	CVPG	343	29	24%	260	426	13	
(49) BioVendor	516	32	6,2	5	0	CVPG	516	90	24%	392	640	5	
(58) Beckman Coulter (Olympus)	470	19	4,1	33	0	CVPG	470	8,2	24%	357	583	33	
(60) Roche	488	36	7,3	35	0	CVPG	488	15	24%	370	606	35	
(115) BioSystems	445	59	13	9	0	CVPG	445	72	24%	338	552	0	
(149) Siemens (Dade)	479	18	3,7	10	0	CVPG	479	14	24%	364	594	10	
(178) DiaSys	509	24	4,7	5	0	CVPG	509	68	24%	386	632	5	
(179) Siemens (Bayer)	573	26	4,6	15	0	CVPG	573	17	24%	435	711	15	
Ostatní				7	0							0	

1x 40, 1x 46, 1x 116, 1x 166, 3x 177

Vzorek B2	110	17	16	142								126	124	98%
------------------	-----	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----

(1) Abbott	85,8	8,3	9,7	10	0	CVPG	85,8	6,5	24%	65,2	107	10	
(12) Beckman Coulter	77,0	9,9	13	13	0	CVPG	77	6,7	24%	58,5	95,5	13	
(49) BioVendor	124	3,5	2,8	5	0	CVPG	124	9,8	24%	94,2	154	5	
(58) Beckman Coulter (Olympus)	104	6,2	5,9	33	0	CVPG	104	2,6	24%	79	129	33	
(60) Roche	116	5,2	4,5	35	0	CVPG	116	2,2	24%	88,1	144	35	
(115) BioSystems	92,0	27	29	9	0	CVPG	92	33	24%	69,9	115	0	
(149) Siemens (Dade)	124	4,5	3,7	10	0	CVPG	124	3,5	24%	94,2	154	10	
(178) DiaSys	121	3,6	2,9	5	0	CVPG	121	10	24%	91,9	151	5	
(179) Siemens (Bayer)	125	7,7	6,1	15	0	CVPG	125	4,8	24%	95	155	15	
Ostatní				7	0							0	

1x 40, 1x 46, 1x 116, 1x 166, 3x 177

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 04.10.2017