

Filtr: Slovensko, minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: TIE2/17 - Stanovení celkového IgE

Stop termín: 03.11.2017

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
(280) IgE celkový					26							26	26	100%
Vzorky a skupiny	[kU/l]													
Vzorek A		57,3	4,7	8,1	26	CVP	55,6	0,85	25%	41,7	69,5	26	26	100%
(4) LIA (CLIA, CMIA, ILMA)		55,1	2,8	5,2	9	0						9		
(6) IMT, IMN		58,9	4,4	7,5	12	0						12		
Ostatní					5	0						5		
Vzorek B		151	8,6	5,7	26	CVP	151	2,1	25%	113	189	26	26	100%
(4) LIA (CLIA, CMIA, ILMA)		153	4,5	3,0	9	0						9		
(6) IMT, IMN		148	7,7	5,2	12	0						12		
Ostatní					5	0						5		

st_kn_p

Konec sestavy

Vytlačeno: 13.11.2017