

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(242) Riziko DS (biochemie)**

A	Všechny výsledky	>>>	11	Riziko není zvýšené	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	9	Riziko není zvýšené	82 %
			2	Riziko je zvýšené nebo vysoké	18 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost:	82 %		
Celková úspěšnost: 82 %					

(243) Riziko DS (biochemie + NT)

A	Všechny výsledky	>>>	10	Riziko není zvýšené	100 %
	Celkem za vzorek: n = 10	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	9	Riziko není zvýšené	90 %
			1	Riziko je zvýšené nebo vysoké	10 %
	Celkem za vzorek: n = 10	Úspěšnost:	90 %		
Celková úspěšnost: 90 %					

(244) Riziko M. Edwards

A	Všechny výsledky	>>>	11	Riziko není zvýšené	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	11	Riziko není zvýšené	100 %
	Celkem za vzorek: n = 11	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

Sada vzorků 2**(386) Riziko M.Down**

A	Všechny výsledky	>>>	14	Riziko není zvýšené	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky	>>>	14	Riziko není zvýšené	100 %
	Celkem za vzorek: n = 14	Úspěšnost:	100 %		
Celková úspěšnost: 100 %					

(387) Riziko M.Edwards

A	Všechny výsledky		1	Neuvedeno	6,7 %
		>>>	14	Riziko není zvýšené	93 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	93 %		
B	Všechny výsledky		1	Riziko není zvýšené	6,7 %
		>>>	14	Riziko je zvýšené nebo vysoké	93 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	93 %		
Celková úspěšnost: 87 %					

(389) Neural Tube Defect

A	Všechny výsledky	>>>	15	Riziko je zvýšené nebo vysoké	100 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	100 %		
B	Všechny výsledky		1	Neuvedeno	6,7 %
		>>>	14	Riziko není zvýšené	93 %
	Celkem za vzorek: n = 15	Úspěšnost:	93 %		
Celková úspěšnost: 93 %					