

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost													
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>	N <sub>suc</sub>	S <sub>rel</sub>	
<b>(131) pH</b>					331							331	327	99%	
Vzorky a skupiny	[-]														
<b>Vzorek A</b>		7,41	0,011	0,15	331		CVP	7,41	0,0015	0,8%	7,35	7,47	331	328	99%
Všechny výsledky		7,41	0,011	0,15	331	0							331		
<b>Vzorek B</b>		7,62	0,013	0,17	331		CVP	7,62	0,0017	0,8%	7,55	7,69	331	330	100%
Všechny výsledky		7,62	0,013	0,17	331	1							331		
<b>(132) pCO2</b>					331							331	322	97%	
Vzorky a skupiny	[kPa]														
<b>Vzorek A</b>		5,67	0,25	4,3	331		CVP	5,67	0,033	12%	4,98	6,36	331	326	98%
Všechny výsledky		5,67	0,25	4,3	331	0							331		
<b>Vzorek B</b>		2,72	0,10	3,7	331		CVP	2,72	0,014	12%	2,39	3,05	331	327	99%
Všechny výsledky		2,72	0,10	3,7	331	1							331		
<b>(133) pO2</b>					329							329	315	96%	
Vzorky a skupiny	[kPa]														
<b>Vzorek A</b>		14,5	0,98	6,8	329		CVP	14,5	0,13	17%	12	17	329	320	97%
Všechny výsledky		14,5	0,98	6,8	329	0							329		
<b>Vzorek B</b>		18,6	0,72	3,9	329		CVP	18,6	0,097	12%	16,3	20,9	329	320	97%
Všechny výsledky		18,6	0,72	3,9	329	1							329		
<b>(134) Sodný kation (ISE)</b>					195							195	192	98%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]														
<b>Vzorek A</b>		132	1,30	0,96	195		CVP	132	0,22	5%	125	139	195	194	99%
Všechny výsledky		132	1,30	0,96	195	1							195		
<b>Vzorek B</b>		159	1,8	1,1	195		CVP	159	0,32	5%	151	167	195	192	98%
Všechny výsledky		159	1,8	1,1	195	2							195		
<b>(135) Draselný kation (ISE)</b>					197							197	195	99%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]														
<b>Vzorek A</b>		4,31	0,081	1,9	197		CVP	4,31	0,014	8%	3,96	4,66	197	196	99%
Všechny výsledky		4,31	0,081	1,9	197	1							197		
<b>Vzorek B</b>		6,22	0,11	1,8	197		CVP	6,22	0,020	8%	5,72	6,72	197	195	99%
Všechny výsledky		6,22	0,11	1,8	197	2							197		
<b>(136) Chloridový anion (ISE)</b>					172							172	170	99%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]														
<b>Vzorek A</b>		94,6	1,7	1,8	172		CVP	94,6	0,32	7%	87,9	102	172	171	99%
Všechny výsledky		94,6	1,7	1,8	172	0							172		
<b>Vzorek B</b>		127	2,7	2,1	172		CVP	127	0,51	7%	118	136	172	171	99%
Všechny výsledky		127	2,7	2,1	172	1							172		
<b>(137) Vápenatý kation (ISE)</b>					236							233	210	90%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]														
<b>Vzorek A</b>		1,11	0,034	3,1	236		CVP	1,11	0,0055	10%	0,999	1,23	236	234	99%
Všechny výsledky		1,11	0,034	3,1	236	1							236		
<b>Vzorek B</b>		0,513	0,052	10	236							233	211	91%	
(38) IL		0,436	0,013	2,9	18	0	CVPG	0,436	0,0073	10%	0,392	0,48	18		
(53) Nova Biomedical		0,508	0,017	3,3	21	0	CVPG	0,508	0,0091	10%	0,457	0,559	21		
(60) Roche		0,455	0,014	3,1	32	1	CVPG	0,455	0,0063	10%	0,409	0,501	32		
(61) Radiometer		0,537	0,036	6,8	138	0	CVPG	0,537	0,0076	10%	0,483	0,591	138		
(179) Siemens (Bayer)		0,487	0,049	10	19	0	CVPG	0,487	0,028	10%	0,438	0,536	19		
(198) Techno Medica		0,525	0,037	7,1	5	1	CVPG	0,525	0,037	10%	0,472	0,578	5		
Ostatní					3	0							0		
								1x 11, 1x 109, 1x 120							
<b>(139) Glukóza</b>					166							166	165	99%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]														
<b>Vzorek A</b>		10,8	0,36	3,3	166		CVP	10,8	0,069	15%	9,18	12,5	166	165	99%
Všechny výsledky		10,8	0,36	3,3	166	0							166		
<b>Vzorek B</b>		15,5	0,58	3,8	166		CVP	15,5	0,11	15%	13,1	17,9	166	166	100%
Všechny výsledky		15,5	0,58	3,8	166	0							166		
<b>(169) Laktát</b>					159							159	156	98%	
Vzorky a skupiny	[mmol/L]														
<b>Vzorek A</b>		2,47	0,12	4,8	159		CVP	2,47	0,023	18%	2,02	2,92	159	157	99%
Všechny výsledky		2,47	0,12	4,8	159	0							159		
<b>Vzorek B</b>		6,78	0,29	4,3	159		CVP	6,78	0,056	18%	5,55	8,01	159	157	99%
Všechny výsledky		6,78	0,29	4,3	159	0							159		