

|          |  |                                   |
|----------|--|-----------------------------------|
| Legenda: | >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek                    | N ... počet výsledků              |
|          | > ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek | Nrel ... relativní počet výsledků |
|          | ± ... označuje nehodnocený výsledek                              |                                   |

**Zkouška**

| Vzorek | Skupina | N | Výsledek | N <sub>rel</sub> |
|--------|---------|---|----------|------------------|
|--------|---------|---|----------|------------------|

**&nbsp;****(451) AMA**

|                         |                          |                 |    |           |       |
|-------------------------|--------------------------|-----------------|----|-----------|-------|
| A                       | Všechny výsledky         | >>>             | 50 | Negativní | 96 %  |
|                         |                          |                 | 2  | Pozitivní | 3,8 % |
|                         | Celkem za vzorek: n = 52 | Úspěšnost: 96 % |    |           |       |
| B                       | Všechny výsledky         | >>>             | 1  | Negativní | 1,9 % |
|                         |                          |                 | 51 | Pozitivní | 98 %  |
|                         | Celkem za vzorek: n = 52 | Úspěšnost: 98 % |    |           |       |
| Celková úspěšnost: 96 % |                          |                 |    |           |       |

**(452) anti-LKM**

|                         |                          |                  |    |           |       |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A                       | Všechny výsledky         | >>>              | 1  | Negativní | 2,1 % |
|                         |                          |                  | 46 | Pozitivní | 98 %  |
|                         | Celkem za vzorek: n = 47 | Úspěšnost: 98 %  |    |           |       |
| B                       | Všechny výsledky         | >>>              | 47 | Negativní | 100 % |
|                         | Celkem za vzorek: n = 47 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| Celková úspěšnost: 98 % |                          |                  |    |           |       |

**(453) SMA**

|                          |                          |                  |    |           |       |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A                        | Všechny výsledky         | >>>              | 54 | Negativní | 100 % |
|                          | Celkem za vzorek: n = 54 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| B                        | Všechny výsledky         | >>>              | 54 | Negativní | 100 % |
|                          | Celkem za vzorek: n = 54 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| Celková úspěšnost: 100 % |                          |                  |    |           |       |

**(455) anti-LKM1**

|                         |                          |                  |    |                                |       |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----|--------------------------------|-------|
| A                       | Všechny výsledky         | >>>              | 54 | Pozitivní                      | 100 % |
|                         | Celkem za vzorek: n = 54 | Úspěšnost: 100 % |    |                                |       |
| B                       | Všechny výsledky         | >>>              | 53 | Negativní                      | 98 %  |
|                         |                          |                  | 1  | Neprůkazný výsledek (hraniční) | 1,9 % |
|                         | Celkem za vzorek: n = 54 | Úspěšnost: 98 %  |    |                                |       |
| Celková úspěšnost: 98 % |                          |                  |    |                                |       |

**(456) AMA-M2**

|                         |                          |                  |    |           |       |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A                       | Všechny výsledky         | >>>              | 54 | Negativní | 98 %  |
|                         |                          |                  | 1  | Pozitivní | 1,8 % |
|                         | Celkem za vzorek: n = 55 | Úspěšnost: 98 %  |    |           |       |
| B                       | Všechny výsledky         | >>>              | 55 | Pozitivní | 100 % |
|                         | Celkem za vzorek: n = 55 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| Celková úspěšnost: 98 % |                          |                  |    |           |       |

**(454) anti-gp210**

|                         |                          |                  |    |           |       |
|-------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A                       | Všechny výsledky         | >>>              | 37 | Negativní | 100 % |
|                         | Celkem za vzorek: n = 37 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| B                       | Všechny výsledky         | >>>              | 2  | Negativní | 5,4 % |
|                         |                          |                  | 35 | Pozitivní | 95 %  |
|                         | Celkem za vzorek: n = 37 | Úspěšnost: 95 %  |    |           |       |
| Celková úspěšnost: 95 % |                          |                  |    |           |       |

**(457) anti-LC-1**

|                          |                          |                  |    |           |       |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A                        | Všechny výsledky         | >>>              | 47 | Negativní | 100 % |
|                          | Celkem za vzorek: n = 47 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| B                        | Všechny výsledky         | >>>              | 47 | Negativní | 100 % |
|                          | Celkem za vzorek: n = 47 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| Celková úspěšnost: 100 % |                          |                  |    |           |       |

**(458) anti-SLA**

|                          |                          |                  |    |           |       |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A                        | Všechny výsledky         | >>>              | 49 | Negativní | 100 % |
|                          | Celkem za vzorek: n = 49 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| B                        | Všechny výsledky         | >>>              | 49 | Negativní | 100 % |
|                          | Celkem za vzorek: n = 49 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| Celková úspěšnost: 100 % |                          |                  |    |           |       |

**(459) anti-sp100**

|                          |                          |                  |    |           |       |
|--------------------------|--------------------------|------------------|----|-----------|-------|
| A                        | Všechny výsledky         | >>>              | 37 | Negativní | 100 % |
|                          | Celkem za vzorek: n = 37 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| B                        | Všechny výsledky         | >>>              | 37 | Negativní | 100 % |
|                          | Celkem za vzorek: n = 37 | Úspěšnost: 100 % |    |           |       |
| Celková úspěšnost: 100 % |                          |                  |    |           |       |