

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

&nbsp;

(451) AMA

A	(49) BioVendor	1	Pozitivní	1,9 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	40 %
		1	Pozitivní	1,9 %
	(115) BioSystems	>>> 7	Negativní	13 %
	(135) OrgenTec	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 15	Negativní	29 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 96 %		
B	(49) BioVendor	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(87) Euroimmun	1	Negativní	1,9 %
		>>> 21	Pozitivní	40 %
	(115) BioSystems	>>> 7	Pozitivní	13 %
	(135) OrgenTec	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(142) Immco Diagnostics	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 15	Pozitivní	29 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Pozitivní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	3,8 %
Celkem za vzorek: n = 52		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 96 %				

(452) anti-LKM

A	(52) Dynex	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(87) Euroimmun	1	Negativní	2,1 %
		>>> 16	Pozitivní	34 %
	(115) BioSystems	>>> 6	Pozitivní	13 %
	(135) OrgenTec	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(191) D-tek	>>> 3	Pozitivní	6,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 15	Pozitivní	32 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Pozitivní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 98 %		
B	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(87) Euroimmun	>>> 17	Negativní	36 %
	(115) BioSystems	>>> 6	Negativní	13 %
	(135) OrgenTec	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(191) D-tek	>>> 3	Negativní	6,4 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 15	Negativní	32 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(999) jiný výrobce	>>> 2	Negativní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(453) SMA

A	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	39 %
	(115) BioSystems	>>> 7	Negativní	13 %
	(135) OrgenTec	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(191) D-tek	>>> 3	Negativní	5,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>> 16	Negativní	30 %
	(998) vlastní výroba	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>> 3	Negativní	5,6 %
Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %		
B	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	39 %
	(115) BioSystems	>>> 7	Negativní	13 %
	(135) OrgenTec	>>> 1	Negativní	1,9 %

Zkouška		N	Výsledek	N _{rel}
Vzorek	Skupina			
B	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(191) D-tek	>>>	3 Negativní	5,6 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	16 Negativní	30 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	5,6 %
	Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 100 %				
(455) anti-LKM1				
A	(49) BioVendor	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(66) DRG	>>>	1 Pozitivní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	23 Pozitivní	43 %
	(135) OrgenTec	>>>	9 Pozitivní	17 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Pozitivní	5,6 %
	(191) D-tek	>>>	9 Pozitivní	17 %
	(999) jiný výrobce	>>>	7 Pozitivní	13 %
	Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 100 %	
B	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,9 %
	(87) Euroimmun	>>>	22 Negativní	41 %
			1 Neprůkazný výsledek (hraniční)	1,9 %
	(135) OrgenTec	>>>	9 Negativní	17 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	5,6 %
	(191) D-tek	>>>	9 Negativní	17 %
	(999) jiný výrobce	>>>	7 Negativní	13 %
	Celkem za vzorek: n = 54		Úspěšnost: 98 %	
Celková úspěšnost: 98 %				
(456) AMA-M2				
A	(49) BioVendor	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(52) Dynex	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	21 Negativní	38 %
			1 Pozitivní	1,8 %
	(101) Hycor	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(135) OrgenTec	>>>	10 Negativní	18 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(191) D-tek	>>>	11 Negativní	20 %
	(999) jiný výrobce	>>>	7 Negativní	13 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 98 %		
B	(49) BioVendor	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(52) Dynex	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(66) DRG	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(87) Euroimmun	>>>	22 Pozitivní	40 %
	(101) Hycor	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(135) OrgenTec	>>>	10 Pozitivní	18 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(191) D-tek	>>>	11 Pozitivní	20 %
	(999) jiný výrobce	>>>	7 Pozitivní	13 %
	Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %	
Celková úspěšnost: 98 %				
(454) anti-gp210				
A	(49) BioVendor	>>>	2 Negativní	5,4 %
	(66) DRG	>>>	1 Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	19 Negativní	51 %
	(135) OrgenTec	>>>	6 Negativní	16 %
	(191) D-tek	>>>	5 Negativní	14 %
	(999) jiný výrobce	>>>	4 Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
B	(49) BioVendor	>>>	2 Pozitivní	5,4 %
	(66) DRG	>>>	1 Pozitivní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Negativní	2,7 %
			18 Pozitivní	49 %
	(135) OrgenTec	>>>	1 Negativní	2,7 %
			5 Pozitivní	14 %
(191) D-tek	>>>	5 Pozitivní	14 %	
(999) jiný výrobce	>>>	4 Pozitivní	11 %	
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 95 %		

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
Celková úspěšnost: 95 %				
(457) anti-LC-1				
A	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	4,3 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	45 %
	(135) OrgenTec	>>> 5	Negativní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(191) D-tek	>>> 11	Negativní	23 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
B	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	4,3 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	45 %
	(135) OrgenTec	>>> 5	Negativní	11 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	2,1 %
	(191) D-tek	>>> 11	Negativní	23 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 47		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(458) anti-SLA				
A	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	4,1 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	43 %
	(135) OrgenTec	>>> 6	Negativní	12 %
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(191) D-tek	>>> 11	Negativní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	10 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
B	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	4,1 %
	(52) Dynex	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(87) Euroimmun	>>> 21	Negativní	43 %
	(135) OrgenTec	>>> 6	Negativní	12 %
	(147) AIDA	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>> 1	Negativní	2,0 %
	(191) D-tek	>>> 11	Negativní	22 %
	(999) jiný výrobce	>>> 5	Negativní	10 %
Celkem za vzorek: n = 49		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				
(459) anti-sp100				
A	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	5,4 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 19	Negativní	51 %
	(135) OrgenTec	>>> 6	Negativní	16 %
	(191) D-tek	>>> 5	Negativní	14 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
B	(49) BioVendor	>>> 2	Negativní	5,4 %
	(66) DRG	>>> 1	Negativní	2,7 %
	(87) Euroimmun	>>> 19	Negativní	51 %
	(135) OrgenTec	>>> 6	Negativní	16 %
	(191) D-tek	>>> 5	Negativní	14 %
	(999) jiný výrobce	>>> 4	Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 37		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				