

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: ALB1/18 - Stanovení albuminu v moči

Stop termín: 13.04.2018

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
| RoM = robustní průměr                           | AV = vztažná hodnota  | Dmax = přijatelný rozdíl v procentech |
| SD = směrodatná odchylka                        | CRV = certifikovaná referenční hodnota                        | LL = dolní mez                        |
| CV = variační koeficient                        | RV = referenční hodnota                                       | UL = horní mez                        |
| Ntot = celkový počet účastníků                  | CVE = konsenzus expertů                                       | Neva = počet hodnocených účastníků    |
| Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem | CVP = konsenzus všech účastníků                               | Nsuc = počet úspěšných účastníků      |
|   | CVPG = konsenzus skupin účastníků                             | Srel = relativní úspěšnost            |
|   | U <sub>AV</sub> = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2) |                                       |

| Zkouška                         | [jednotka] | Srovnatelnost |      |        |                  |                  | Srovnatelnost   |                 |                  |      |      |                  |                  |                  |
|---------------------------------|------------|---------------|------|--------|------------------|------------------|---|-----------------|------------------|------|------|------------------|------------------|------------------|
|                                 |            | RoM           | SD   | CV [%] | N <sub>tot</sub> | N <sub>out</sub> | AV  | U <sub>AV</sub> | D <sub>max</sub> | LL   | UL   | N <sub>eva</sub> | N <sub>suc</sub> | S <sub>rel</sub> |
| <b>(369) Albumin</b>            | [mg/L]     |               |      |        | 226              |                  |   |                 |                  |      |      | 226              | 218              | 96%              |
| Vzorky a skupiny                |            |               |      |        |                  |                  |   |                 |                  |      |      |                  |                  |                  |
| <b>Vzorek A</b>                 |            | 36,5          | 2,9  | 7,8    | 226              | CVP              | 36,5  | 0,46            | 21%              | 28,8 | 44,2 | 226              | 219              | 97%              |
| (1) Abbott                      |            | 36,9          | 3,0  | 8,1    | 28               | 0                |   |                 |                  |      |      | 28               |                  |                  |
| (12) Beckman Coulter            |            | 36,5          | 2,4  | 6,5    | 16               | 0                |   |                 |                  |      |      | 16               |                  |                  |
| (49) BioVendor                  |            | 37,3          | 2,6  | 7,0    | 5                | 0                |   |                 |                  |      |      | 5                |                  |                  |
| (58) Beckman Coulter (Olympus)  |            | 35,2          | 2,0  | 5,6    | 54               | 0                |   |                 |                  |      |      | 54               |                  |                  |
| (60) Roche                      |            | 37,8          | 1,6  | 4,1    | 70               | 0                |   |                 |                  |      |      | 70               |                  |                  |
| (149) Siemens (Dade)            |            | 43,7          | 3,7  | 8,4    | 7                | 0                |   |                 |                  |      |      | 7                |                  |                  |
| (152) Kamiya Biomedical Company |            | 34,2          | 2,7  | 8,0    | 6                | 0                |   |                 |                  |      |      | 6                |                  |                  |
| (179) Siemens (Bayer)           |            | 34,1          | 2,7  | 8,0    | 21               | 0                |   |                 |                  |      |      | 21               |                  |                  |
| Ostatní                         |            |               |      |        | 19               | 0                |   |                 |                  |      |      | 19               |                  |                  |
|                                 |            |               |      |        |                  |                  | 1x 0, 2x 28, 1x 36, 3x 46, 4x 75, 1x 91, 1x 116, 1x 158, 1x 166, 1x 177, 3x 178 |                 |                  |      |      | 226              | 222              | 98%              |
| <b>Vzorek B</b>                 |            | 66,3          | 3,8  | 5,8    | 226              | CVP              | 66,3  | 0,63            | 21%              | 52,3 | 80,3 | 226              | 222              | 98%              |
| (1) Abbott                      |            | 68,0          | 4,8  | 7,0    | 28               | 0                |   |                 |                  |      |      | 28               |                  |                  |
| (12) Beckman Coulter            |            | 66,7          | 4,3  | 6,4    | 16               | 0                |   |                 |                  |      |      | 16               |                  |                  |
| (49) BioVendor                  |            | 64,7          | 3,4  | 5,3    | 5                | 0                |   |                 |                  |      |      | 5                |                  |                  |
| (58) Beckman Coulter (Olympus)  |            | 64,9          | 3,1  | 4,8    | 54               | 0                |   |                 |                  |      |      | 54               |                  |                  |
| (60) Roche                      |            | 67,4          | 2,1  | 3,1    | 70               | 0                |   |                 |                  |      |      | 70               |                  |                  |
| (149) Siemens (Dade)            |            | 75,6          | 5,1  | 6,8    | 7                | 0                |   |                 |                  |      |      | 7                |                  |                  |
| (152) Kamiya Biomedical Company |            | 62,0          | 2,0  | 3,2    | 6                | 0                |   |                 |                  |      |      | 6                |                  |                  |
| (179) Siemens (Bayer)           |            | 65,2          | 4,8  | 7,3    | 21               | 0                |   |                 |                  |      |      | 21               |                  |                  |
| Ostatní                         |            |               |      |        | 19               | 0                |   |                 |                  |      |      | 19               |                  |                  |
|                                 |            |               |      |        |                  |                  | 1x 0, 2x 28, 1x 36, 3x 46, 4x 75, 1x 91, 1x 116, 1x 158, 1x 166, 1x 177, 3x 178 |                 |                  |      |      |                  |                  |                  |
| <b>(470) ACR</b>                | [g/mol]    |               |      |        | 212              |                  |   |                 |                  |      |      | 212              | 201              | 95%              |
| Vzorky a skupiny                |            |               |      |        |                  |                  |   |                 |                  |      |      |                  |                  |                  |
| <b>Vzorek A</b>                 |            | 6,67          | 0,66 | 9,8    | 212              | CVP              | 6,67  | 0,11            | 24%              | 5,06 | 8,28 | 212              | 205              | 97%              |
| (0) výrobce neuveden            |            | 6,67          | 0,66 | 9,8    | 212              | 0                |   |                 |                  |      |      | 212              |                  |                  |
| <b>Vzorek B</b>                 |            | 5,33          | 0,44 | 8,2    | 212              | CVP              | 5,33  | 0,074           | 24%              | 4,05 | 6,61 | 212              | 204              | 96%              |
| (0) výrobce neuveden            |            | 5,33          | 0,44 | 8,2    | 212              | 0                |   |                 |                  |      |      | 212              |                  |                  |

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytisknuto: 17.04.2018