

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

Cyklus EHK: API/18 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 16.03.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	U_{AV} = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost												
		RoM	SD	CV [%]	N _{tot}	N _{out}	AV	U _{AV}	D _{max}	LL	UL	N _{eva}	N _{suc}	S _{rel}
Sada vzorků 1														
(108) Apixaban	[µg/L]					20						20	19	95%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A1		200	17	8,5	20	CVP	200	9,3	25%	150	250	20	19	95%
(38) IL		216	11	5,0	5	0						5		
(193) HYPHEN BioMed		195	17	8,7	10	0						10		
Ostatní					5	0						5		
							3x 94, 2x 149							
Vzorek B1		416	27	6,5	20	CVP	416	15	25%	312	520	20	20	100%
(38) IL		435	9,1	2,1	5	0						5		
(193) HYPHEN BioMed		405	19	4,8	10	0						10		
Ostatní					5	0						5		
							3x 94, 2x 149							
Sada vzorků 2														
(109) Dabigatran	[µg/L]					26						26	26	100%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A2		101	12	11	26	CVP	101	5,5	25%	75,7	127	26	26	100%
(38) IL		102	8,8	8,6	5	0						5		
(193) HYPHEN BioMed		105	6,8	6,5	16	0						16		
Ostatní					5	0						5		
							1x 94, 4x 149							
Vzorek B2		303	35	11	26	CVP	303	17	25%	227	379	26	26	100%
(38) IL		335	43	13	5	0						5		
(193) HYPHEN BioMed		310	19	6,0	16	0						16		
Ostatní					5	0						5		
							1x 94, 4x 149							
Sada vzorků 3														
(110) Rivaroxaban	[µg/L]					30						30	28	93%
Vzorky a skupiny														
Vzorek A3		94,9	11	12	30	CVP	94,9	5,0	25%	71,1	119	30	28	93%
(38) IL		90,6	8,2	9,0	7	0						7		
(193) HYPHEN BioMed		99,3	9,7	9,7	17	0						17		
Ostatní					6	0						6		
							3x 94, 3x 149							
Vzorek B3		299	25	8,3	30	CVP	299	11	25%	224	374	30	30	100%
(38) IL		275	20	7,3	7	0						7		
(193) HYPHEN BioMed		307	12	4,0	17	0						17		
Ostatní					6	0						6		
							3x 94, 3x 149							

st_kn_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 22.03.2018