

Filtr: minimální četnost skupin n = 5

## Cyklus EHK: AP2/18 - Antitrombotické přípravky

Stop termín: 14.09.2018

RoM = robustní průměr	AV = vztažná hodnota	Dmax = přijatelný rozdíl v procentech
SD = směrodatná odchylka	CRV = certifikovaná referenční hodnota	LL = dolní mez
CV = variační koeficient	RV = referenční hodnota	UL = horní mez
Ntot = celkový počet účastníků	CVE = konsenzus expertů	Neva = počet hodnocených účastníků
Nout = počet výsledků vyloučených před výpočtem	CVP = konsenzus všech účastníků	Nsuc = počet úspěšných účastníků
	CVPG = konsenzus skupin účastníků	Srel = relativní úspěšnost
	$U_{AV}$ = rozšířená nejistota vztažné hodnoty (k = 2)	

Zkouška	[jednotka]	Srovnatelnost										
		RoM	SD	CV [%]	N <sub>tot</sub>	N <sub>out</sub>	AV	U <sub>AV</sub>	D <sub>max</sub>	LL	UL	N <sub>eva</sub>

## Sada vzorků 1

(108) Apixaban	[µg/L]	21											21	20	95%		
Vzorky a skupiny																	
<b>Vzorek A1</b>		202	19	9,3	21	CVP	202	10	25%	151	253	21	20	95%			
(63) Sysmex		187	28	15	8	0						8					
(94) Stago		202	11	5,3	6	0						6					
Ostatní					7	0						7					
							4x 38, 3x 149										
<b>Vzorek B1</b>		422	19	4,6	21	CVP	422	10	25%	316	528	21	21	100%			
(63) Sysmex		422	24	5,6	8	0						8					
(94) Stago		415	20	4,9	6	0						6					
Ostatní					7	0						7					
							4x 38, 3x 149										

## Sada vzorků 2

(109) Dabigatran	[µg/L]	26											26	26	100%		
Vzorky a skupiny																	
<b>Vzorek A2</b>		298	27	9,0	26	CVP	298	13	25%	223	373	26	26	100%			
(38) IL		297	5,0	1,7	5	0						5					
(63) Sysmex		295	30	10	12	0						12					
(94) Stago		309	25	8,0	5	0						5					
Ostatní					4	0						4					
							4x 149										
<b>Vzorek B2</b>		100	12	12	26	CVP	100	5,9	25%	75	125	26	26	100%			
(38) IL		103	5,0	4,9	5	0						5					
(63) Sysmex		97,2	11	11	12	0						12					
(94) Stago		101	16	15	5	0						5					
Ostatní					4	0						4					
							4x 149										

## Sada vzorků 3

(110) Rivaroxaban	[µg/L]	31											31	28	90%		
Vzorky a skupiny																	
<b>Vzorek A3</b>		298	28	9,5	31	CVP	298	12	25%	223	373	31	31	100%			
(38) IL		269	19	7,0	7	0						7					
(63) Sysmex		312	10	3,3	14	0						14					
(94) Stago		301	22	7,2	6	0						6					
Ostatní					4	0						4					
							4x 149										
<b>Vzorek B3</b>		93,3	14	15	31	CVP	93,3	6,2	25%	69,9	117	31	28	90%			
(38) IL		88,3	6,4	7,3	7	0						7					
(63) Sysmex		92,3	10	11	14	0						14					
(94) Stago		91,9	20	22	6	0						6					
Ostatní					4	0						4					
							4x 149										

st\_kn\_p

Konec sestavy

Vytiskeno: 20.09.2018