

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

**Zkouška**

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
<b>(461) anti-kardiolipin screening</b>				
A	(38) IL	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	12 Negativní	63 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Negativní	5,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Negativní	26 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 100 %		
B	(38) IL	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(135) OrgenTec	>>>	12 Pozitivní	63 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	1 Pozitivní	5,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	5 Pozitivní	26 %
Celkem za vzorek: n = 19		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(463) anti-kardiolipin IgG**

A	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(38) IL	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	28 Negativní	50 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	4 Negativní	7,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6 Negativní	11 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	4 Negativní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(38) IL	>>>	2 Pozitivní	3,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Pozitivní	3,6 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Pozitivní	3,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	28 Pozitivní	50 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	4 Pozitivní	7,1 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6 Pozitivní	11 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	4 Pozitivní	7,1 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Pozitivní	11 %
Celkem za vzorek: n = 56		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(464) anti-kardiolipin IgM**

A	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(32) Human	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(38) IL	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	27 Negativní	49 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	4 Negativní	7,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6 Negativní	11 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	4 Negativní	7,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>>	1 Negativní	1,8 %
	(32) Human	>>>	1 Pozitivní	1,8 %
	(38) IL	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	3,6 %
	(135) OrgenTec	>>>	27 Negativní	49 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	4 Negativní	7,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	6 Negativní	11 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	4 Negativní	7,3 %
	(999) jiný výrobce	>>>	6 Negativní	11 %
Celkem za vzorek: n = 55		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

**(465) anti-beta2-GP 1 screening**

A	(5) Dialab	>>>	2 Negativní	14 %
	(38) IL	>>>	1 Negativní	7,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Negativní	50 %

## Cyklus EHK: APLA1/18 - Antifosfolipidové protilátky

Stop termín: 05.04.2018

Zkouška		N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
Vzorek	Skupina			
A	(139) BL Diagnostics	>>>	2 Negativní	14 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Negativní	14 %
----- Celkem za vzorek: n = 14 -----		Úspěšnost: 100 %		
B	(5) Dialab	>>>	2 Pozitivní	14 %
	(38) IL	>>>	1 Pozitivní	7,1 %
	(135) OrgenTec	>>>	7 Pozitivní	50 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	2 Pozitivní	14 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	2 Pozitivní	14 %
----- Celkem za vzorek: n = 14 -----		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(467) anti-beta2-GP 1 IgG**

A	(32) Human	>>>	1 Negativní	2,0 %
	(38) IL	>>>	2 Negativní	4,0 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Negativní	4,0 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	4,0 %
	(135) OrgenTec	>>>	29 Negativní	58 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	3 Negativní	6,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	6,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	5 Negativní	10 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Negativní	6,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 50 -----		Úspěšnost: 100 %		
B	(32) Human	>>>	1 Pozitivní	2,0 %
	(38) IL	>>>	2 Pozitivní	4,0 %
	(87) Euroimmun	>>>	2 Pozitivní	4,0 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Pozitivní	4,0 %
	(135) OrgenTec	>>>	29 Pozitivní	58 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	3 Pozitivní	6,0 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Pozitivní	6,0 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	5 Pozitivní	10 %
	(999) jiný výrobce	>>>	3 Pozitivní	6,0 %
----- Celkem za vzorek: n = 50 -----		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 100 %				

**(468) anti-beta2-GP 1 IgM**

A	(32) Human	>>>	1 Negativní	2,1 %
	(38) IL	>>>	2 Negativní	4,2 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Negativní	2,1 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	4,2 %
	(135) OrgenTec	>>>	28 Negativní	58 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	4 Negativní	8,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	5 Negativní	10 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	4,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 48 -----		Úspěšnost: 100 %		
B	(32) Human	>>>	1 Negativní	2,1 %
	(38) IL	>>>	2 Negativní	4,2 %
	(87) Euroimmun	>>>	1 Negativní	2,1 %
	(115) BioSystems	>>>	2 Negativní	4,2 %
	(135) OrgenTec	>>>	26 Negativní	54 %
			2 Neprůkazný výsledek (hraniční)	4,2 %
	(139) BL Diagnostics	>>>	4 Negativní	8,3 %
	(148) Aesku.lab Diagnostika	>>>	3 Negativní	6,3 %
	(211) INOVA Diagnostics	>>>	5 Negativní	10 %
	(999) jiný výrobce	>>>	2 Negativní	4,2 %
----- Celkem za vzorek: n = 48 -----		Úspěšnost: 96 %		
Celková úspěšnost: 96 %				