

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(575) Anti-tyreoglobulin**

A1	Všechny výsledky	1	Negativní	0,57 %
		>>> 173	Pozitivní	99 %
Celkem za vzorek: n = 174		Úspěšnost: 99 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 171	Negativní	98 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	0,57 %
		2	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 174		Úspěšnost: 98 %		
Celková úspěšnost: 98 %				

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	Všechny výsledky	2	Negativní	1,1 %
		>>> 179	Pozitivní	99 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 99 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 181	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %				

Sada vzorků 2**(590) Anti-TSH receptor**

A2	Všechny výsledky	1	Negativní	1,1 %
		>>> 91	Pozitivní	99 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 99 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 84	Negativní	91 %
		4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	4,3 %
		4	Pozitivní	4,3 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 91 %		
Celková úspěšnost: 91 %				

st_kl

Konec sestavy

Vytisknuto: 15.05.2018