

Legenda: >>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek

N ... počet výsledků

> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek

Nrel ... relativní počet výsledků

± ... označuje nehodnocený výsledek

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(575) Anti-tyreoglobulin**

A1	(1) Fluorescenční metody	>>>	1	Negativní	0,57 %
		>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(2) EIA metody	>>>	10	Pozitivní	5,7 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	3	Pozitivní	1,7 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	158	Pozitivní	91 %
Celkem za vzorek: n = 174		Úspěšnost: 99 %			
B1	(1) Fluorescenční metody	>>>	3	Negativní	1,7 %
	(2) EIA metody	>>>	10	Negativní	5,7 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	3	Negativní	1,7 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	155	Negativní	89 %
				1	Neprůkazný výsledek (hraniční)
			2	Pozitivní	1,1 %
Celkem za vzorek: n = 174		Úspěšnost: 98 %			
Celková úspěšnost: 98 %					

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	(1) Fluorescenční metody	>>>	3	Pozitivní	1,7 %
	(2) EIA metody	>>>	11	Pozitivní	6,1 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	2	Negativní	1,1 %
			>>>	163	Pozitivní
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 99 %			
B1	(1) Fluorescenční metody	>>>	3	Negativní	1,7 %
	(2) EIA metody	>>>	11	Negativní	6,1 %
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	165	Negativní	91 %
	Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 99 %					

Sada vzorků 2**(590) Anti-TSH receptor**

A2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Pozitivní	1,1 %	
	(1) Fluorescenční metody	>>>	1	Pozitivní	1,1 %	
	(2) EIA metody	>>>	4	Pozitivní	4,3 %	
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	8	Pozitivní	8,7 %	
	(5) LIA, ILMA	>>>	1	Negativní	1,1 %	
			>>>	77	Pozitivní	84 %
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 99 %				
B2	(0) Neuvedeno	>>>	1	Negativní	1,1 %	
	(1) Fluorescenční metody	>>>	1	Negativní	1,1 %	
	(2) EIA metody	>>>	4	Negativní	4,3 %	
	(4) RIA, IRMA, RRA	>>>	7	Negativní	7,6 %	
				1	Pozitivní	1,1 %
	(5) LIA, ILMA	>>>	71	Negativní	77 %	
			4	Neprůkazný výsledek (hraniční)	4,3 %	
			3	Pozitivní	3,3 %	
Celkem za vzorek: n = 92		Úspěšnost: 91 %				
Celková úspěšnost: 91 %						