

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada vzorků 1

## (575) Anti-tyreoglobulin

A1	(1) Abbott	>>>	48	Pozitivní	28 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	23	Pozitivní	13 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Pozitivní	0,57 %
	(25) TOSOH	>>>	4	Pozitivní	2,3 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	19	Pozitivní	11 %
	(36) Immunotech	>>>	3	Pozitivní	1,7 %
	(60) Roche	>>>	54	Pozitivní	31 %
	(126) Sigma	>>>	1	Pozitivní	0,57 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(164) DiaSorin	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	15	Pozitivní	8,6 %
	(998) vlastní výroba		1	Negativní	0,57 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	0,57 %
Celkem za vzorek: n = 174		Úspěšnost: 99 %			

B1	(1) Abbott	>>>	47	Negativní	27 %
			1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	0,57 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	21	Negativní	12 %
			2	Pozitivní	1,1 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Negativní	0,57 %
	(25) TOSOH	>>>	4	Negativní	2,3 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	19	Negativní	11 %
	(36) Immunotech	>>>	3	Negativní	1,7 %
	(60) Roche	>>>	54	Negativní	31 %
	(126) Sigma	>>>	1	Negativní	0,57 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(164) DiaSorin	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	15	Negativní	8,6 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Negativní	0,57 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	0,57 %
Celkem za vzorek: n = 174		Úspěšnost: 98 %			

Celková úspěšnost: 98 %

## (576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	(1) Abbott	>>>	50	Pozitivní	28 %
	(12) Beckman Coulter		2	Negativní	1,1 %
		>>>	24	Pozitivní	13 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Pozitivní	0,55 %
	(25) TOSOH	>>>	5	Pozitivní	2,8 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	21	Pozitivní	12 %
	(36) Immunotech	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	55	Pozitivní	30 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Pozitivní	1,1 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Pozitivní	0,55 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	16	Pozitivní	8,8 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Pozitivní	0,55 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Pozitivní	0,55 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 99 %			

B1	(1) Abbott	>>>	50	Negativní	28 %
	(12) Beckman Coulter	>>>	26	Negativní	14 %
	(15) bioMérieux	>>>	1	Negativní	0,55 %
	(25) TOSOH	>>>	5	Negativní	2,8 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	21	Negativní	12 %
	(36) Immunotech	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	55	Negativní	30 %
	(135) OrgenTec	>>>	2	Negativní	1,1 %
	(164) DiaSorin	>>>	1	Negativní	0,55 %
	(179) Siemens (Bayer)	>>>	16	Negativní	8,8 %
	(998) vlastní výroba	>>>	1	Negativní	0,55 %
	(999) jiný výrobce	>>>	1	Negativní	0,55 %
Celkem za vzorek: n = 181		Úspěšnost: 100 %			

Celková úspěšnost: 99 %

## Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N <sub>rel</sub>
--------	---------	---	----------	------------------

## Sada vzorků 2

## (590) Anti-TSH receptor

A2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(24) B.R.A.H.M.S.	>>>	8	Pozitivní	8,7 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	10	Pozitivní	11 %
	(36) Immunotech	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	1	Negativní	1,1 %
		>>>	68	Pozitivní	74 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
	(149) Siemens (Dade)	>>>	1	Pozitivní	1,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 92 -----		Úspěšnost: 99 %	-----		
B2	(0) výrobce neuveden	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(24) B.R.A.H.M.S.	>>>	7	Negativní	7,6 %
			1	Pozitivní	1,1 %
	(29) Siemens (DPC)	>>>	6	Negativní	6,5 %
			2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,2 %
			2	Pozitivní	2,2 %
	(36) Immunotech	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(60) Roche	>>>	66	Negativní	72 %
			2	Neprůkazný výsledek (hraniční)	2,2 %
			1	Pozitivní	1,1 %
	(87) Euroimmun	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(146) MEDIPAN Diagnostica	>>>	1	Negativní	1,1 %
	(149) Siemens (Dade)	>>>	1	Negativní	1,1 %
----- Celkem za vzorek: n = 92 -----		Úspěšnost: 91 %	-----		
Celková úspěšnost: 91 %					