

Legenda:	>>> ... označuje správný (očekávaný) výsledek	N ... počet výsledků
	> ... označuje podmíněně správný (ještě akceptovatelný) výsledek	Nrel ... relativní počet výsledků
	± ... označuje nehodnocený výsledek	

Zkouška

Vzorek	Skupina	N	Výsledek	N _{rel}
--------	---------	---	----------	------------------

Sada vzorků 1**(575) Anti-tyreoglobulin**

A1	Všechny výsledky	1	Negativní	5,0 %
		>>> 19	Pozitivní	95 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 95 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 18	Negativní	90 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	5,0 %
		1	Pozitivní	5,0 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 90 %		
Celková úspěšnost: 85 %				

(576) Anti-mikrosomy (TPO)

A1	Všechny výsledky	1	Negativní	5,0 %
		>>> 19	Pozitivní	95 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 95 %		
B1	Všechny výsledky	>>> 20	Negativní	100 %
Celkem za vzorek: n = 20		Úspěšnost: 100 %		
Celková úspěšnost: 95 %				

Sada vzorků 2**(590) Anti-TSH receptor**

A2	Všechny výsledky	>>> 9	Pozitivní	100 %
Celkem za vzorek: n = 9		Úspěšnost: 100 %		
B2	Všechny výsledky	>>> 7	Negativní	78 %
		1	Neprůkazný výsledek (hraniční)	11 %
		1	Pozitivní	11 %
Celkem za vzorek: n = 9		Úspěšnost: 78 %		
Celková úspěšnost: 78 %				